



## **ТИТРАТОР «ТИТРИОН»**

**КОМПЛЕКТ АНАЛИТИЧЕСКИЙ  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ  
«ТИТРИОН-1А»**

**Руководство по эксплуатации**

**КТЖГ.418439.001АРЭ**

**Москва 2021**

# **Содержание**

<b>1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА</b>	3
<b>1.1 Назначение</b>	3
<b>1.2 Технические характеристики</b>	3
<b>1.3 Состав титратора</b>	4
<b>1.4 Устройство и работа</b>	5
1.4.1 Описание составных частей титратора	5
1.4.2 Принцип работы	6
1.4.3 Режимы работы	7
<b>2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ</b>	9
<b>2.1 Эксплуатационные ограничения</b>	9
<b>2.2 Сборка титратора</b>	9
<b>2.3 Подготовка к работе</b>	15
<b>2.4 Работа в режиме «До заданной точки»</b>	21
2.4.1 Установка режима титрования «До заданной точки»	21
2.4.2 Установка параметров титрования	22
2.4.3 Градуировка электродной системы	28
2.4.4 Заполнение трубки перистальтического насоса раствором титранта («Прокачка»)	31
2.4.5 Проведение титрования в режиме «До заданной точки»	32
<b>2.5 Работа в режиме «Регистрация кривой»</b>	37
2.5.1 Установка режима титрования «Регистрация кривой»	37
2.5.2 Установка параметров титрования	38
2.5.3 Градуировка электродной системы	44
2.5.4 Заполнение трубки перистальтического насоса раствором титранта («Прокачка»)	44
2.5.5 Проведение титрования в режиме «Регистрация кривой»	45
<b>2.6 Работа в режиме «Дозирование»</b>	52
<b>2.7 Завершение работы на титраторе</b>	55
<b>3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ</b>	55
<b>4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	55
<b>Приложение А. Обработка кривой титрования и определение точки эквивалентности</b>	56
<b>Приложение Б. Подключение титратора к компьютеру</b>	61

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Назначение

Комплект аналитический для высокоточного автоматического потенциометрического титрования «ТИТРИОН-1А» (далее по тексту «Титратор»), предназначен для проведения объёмного потенциометрического титрования в водных и некоторых неводных растворах. Применяется для всех видов титрования, основанных на измерении ЭДС электродной системы: кислотно-основного, осадительного, окислительно-восстановительного и комплексометрического, а также для высокоточного дозирования заданных объёмов жидкостей. В качестве дополнительного режима может применяться как амперометрический титратор.

Область применения – химико-технологические, агрохимические, экологические и аналитические лаборатории промышленных предприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений, органы контроля, инспекции и надзора и пр.

## 1.2 Технические характеристики

Технические характеристики титратора представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики титратора

Характеристика	Описание	
Режимы работы	<u>1 Титрование до заданной точки</u> <i>Автоматическое титрование до заданной оператором конечной точки pH/pX или мВ с автоматическим измерением объема титранта, пошедшего на титрование (эквивалентного объема).</i> <u>2 Регистрация кривой титрования</u> <i>Автоматическое титрование с регистрацией полной кривой титрования. Построение кривой титрования и её производной на дисплее титратора. Определение точки эквивалентности по графику производной (в том числе эквивалентного объема). Сохранение последней зарегистрированной кривой титрования в памяти титратора.</i> <u>3 Дозирование</u> <i>Автоматическое дозирование растворов.</i>	
Дискретность дозирования титранта, см <sup>3</sup>	0,001	<i>Примечание – Значения приведены для жидкостей с плотностью, близкой к 1 мг/см<sup>3</sup> при использовании в составе титратора весов типа VIBRA AJ-220CE с максимальной массой взвешивания 220 г и дискретностью 0,001 г. При использовании весов с отличными характеристиками, дискретность дозирования и максимальный объем титранта примут иные значения.</i>
Максимальный объем титранта, см <sup>3</sup>	200	
Скорость дозирования титранта, см <sup>3</sup> /мин	0,12...5,4	<i>Примечание – Скорость дозирования титранта может меняться при изменении внутреннего диаметра трубки перистальтического насоса.</i>

Таблица 1 – Технические характеристики титратора

Характеристика	Описание
Диапазон измерения pH (pX), ед. pH (pX)	0 ... 14 (минус 20 ... 20)
Диапазон измерения ЭДС, мВ	минус 3200 ... 3200
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении pH (pX), ед. pH (pX)	±0,02
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ	±1,5
Габаритные размеры титратора в сборе (Д×Ш×В), мм	495×365×285
Масса титратора в сборе, кг, не более	10

### 1.3 Состав титратора

Стандартный состав титратора представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав титратора

Наименование	Количество, шт
1 Анализатор жидкости «Эксперт-001» с установленным программным обеспечением «Титрион» в комплекте	1
2 Весы типа VIBRA AJ-220CE в комплекте	1
3 Мешалка магнитная «Ритм-01» в комплекте	1
4 Электродная система (поциальному заказу)	1
5 Перистальтический насос с блоком питания	1
6 Комплект трубок перистальтического насоса, состоящий из одной короткой и одной длинной трубы	2
7 Держатель электродной системы с комплектом зажимов	1
8 Стеклянная трубка	1
9 Стакан пластиковый для титранта с крышкой и гермовводом	2
10 Стакан стеклянный для анализируемого раствора вместимостью 50 см <sup>3</sup>	1
11 Стакан стеклянный для анализируемого раствора вместимостью 100 см <sup>3</sup>	1
12 Кабель для коммутации весов, анализатора «Эксперт-001» и компьютера	1
13 Кабель для коммутации перистальтического насоса и анализатора «Эксперт-001»	1
14 Кабель-удлинитель для подключения компьютера	1
15 Корпус (в сборе, включая сетевой фильтр)	1
16 Комплект документов	1

*Примечание – Комплект поставки может отличаться от стандартного комплекта. Точный состав комплекта поставки указывается в упаковочном листе, прилагаемом к титратору.*

## 1.4 Устройство и работа

### 1.4.1 Описание составных частей титратора

Внешний вид титратора в сборе представлен на рисунке 1.

Титратор представляет собой модульную систему в виде расположенных на корпусе устройств. На горизонтальном основании находятся весы 9, анализатор «Эксперт-001» 8 и магнитная мешалка 7. За мешалкой имеется металлическая стойка с подвижным держателем электродной системы 5 и трубы насоса 3. На мешалке располагается стакан с анализируемым раствором 6. На весы 9 ставится стакан с раствором титранта 1. В вертикальную стенку корпуса 2 вмонтирован перистальтический насос 4, через который пропускается трубка 3. На обратной стороне вертикальной стенки корпуса закреплён сетевой фильтр для подключения блоков питания весов, анализатора «Эксперт-001», насоса и магнитной мешалки.




Рисунок 1 – Внешний вид титратора в сборе

1 – стакан с раствором титранта, 2 – корпус, 3 – трубка насоса, 4 – перистальтический насос, 5 – электродная система, 6 – стакан с анализируемым раствором, 7 – магнитная мешалка, 8 – анализатор «Эксперт-001», 9 – весы (внешний вид может отличаться от представленного на фотографии).

### 1.4.2 Принцип работы

Принцип работы титратора заключается в управляемом дозировании раствора титранта из расположенного на весах 9 стакана 1 в стакан с анализируемым раствором 6, расположенный на магнитной мешалке 7. Перекачка раствора титранта осуществляется по трубке 3 с помощью перистальтического насоса 4.

Основную управляющую функцию выполняет анализатор «Эксперт-001» 8, который имеет специальную программу для ввода параметров, управления и вывода результатов титрования. К анализатору «Эксперт-001» 8 подключены весы 9, перистальтический насос 4 и электродная система 5. Взаимодействие составных частей титратора отображено на рисунке 2.




Рисунок 2 – Взаимодействие составных частей титратора

1 – стакан с раствором титранта, 3 – трубка насоса,  
4 – перистальтический насос, 5 – электродная система, 6 – стакан с  
анализируемым раствором, 7 – магнитная мешалка,  
8 – анализатор «Эксперт-001», 9 – весы.

Скорость дозирования раствора титранта определяется скоростью вращения двигателя перистальтического насоса и регулируется анализатором «Эксперт-001» по заданной оператором программе.

Текущее значение ЭДС электродной системы 5, погруженной в стакан с анализируемым раствором 6, измеряется анализатором «Эксперт-001» и при необходимости пересчитывается в значение pH (pX) по методу градуировочного графика. В качестве электродной системы выступает комбинированный стеклянный pH-электрод, стеклянный pH-электрод в паре с электродом сравнения, комбинированный ионоселективный электрод, ионоселективный электрод в паре с электродом сравнения, комбинированный Eh-электрод или Eh-электрод в паре с электродом сравнения в зависимости от вида титрования.

Стакан с титрантом 1 расположен на весах 9, которые передают в анализатор «Эксперт-001» 8 значение массы. В ходе титрования значение массы титранта уменьшается, анализатор «Эксперт-001» фиксирует изменение массы  $\Delta m$  и рассчитывает объём поступающей в стакан с анализируемым раствором 6 порции титранта  $\Delta V$  по формуле  $\Delta V = \Delta m / \rho$ , где  $\rho$  – значение плотности раствора титранта, предварительно введённое оператором в память анализатора.

### 1.4.3 Режимы работы

#### 1.4.3.1 Режим «Титрование до заданной точки»

В данном режиме оператором задаётся значение конечной точки титрования (КТТ) в единицах pH, pX или мВ, при достижении которой титрование должно быть завершено. Результатом является автоматически измеренное значение объёма титранта, пошедшего на титрование до КТТ. Дозирование титранта производится порциями заданного объема с заданными паузами. В титраторе предусмотрена возможность изменения объема порций и продолжительности пауз при приближении к КТТ. Для этого оператором задаётся значения зоны Z в тех же единицах, что и КТТ, а также значения объема порций (в мкл) и продолжительности пауз (в секундах) между внесениями порций для дозирования титранта до входа в зону и в зоне. Таким образом, вначале титрант дозируется порциями V1 с паузами S1, а при входе в диапазон ( $KTT \pm Z$ ) – порциями V2 с паузами S2. Как правило, значение V2 устанавливается много меньше V1, чтобы исключить перетитровывание пробы. Значения S1 и S2 устанавливают такими, чтобы после внесения очередной порции титранта показания электродной системы успевали стабилизироваться. Также предусмотрен ввод значения выдержки – времени (в секундах) после окончания титрования, в течение которого титратор проверяет стабильность достигнутого значения pH, pX или ЭДС электродной системы. В некоторых случаях, после достижения КТТ и остановки титрования, измеряемое значение pH, pX или ЭДС немного изменяется в сторону, противоположную направлению титрования и возникает состояние «недотитрованности». В этом случае, по истечении времени выдержки, титратор автоматически дотитрует анализируемый раствор.

Режим «Титрование до заданной точки» применяют, когда значение pH, pX или ЭДС в точке эквивалентности известно заранее.

#### 1.4.3.2 Режим «Регистрация кривой титрования»

В данном режиме выполняется автоматическое титрование с регистрацией полной кривой титрования. Дальнейший анализ полученной кривой позволяет установить точку эквивалентности (ТЭ) по точке перегиба волнообразного участка кривой и определить тем самым значение эквивалентного объема. Таким образом, данный режим определения эквивалентного объема применяется, в первую очередь, в случаях, когда значение pH, pX или ЭДС в ТЭ неизвестно.

Кривая титрования, представляющая собой зависимость pH, pX или ЭДС от V, где V – объем титранта, отображается на дисплее титратора. Доступна функция увеличения интересующего участка кривой («зуммирования»).

Для удобства определения точки ТЭ (и, соответственно, эквивалентного объема) титратор автоматически дифференцирует кривую титрования. Прибор вычисляет производную зависимости pH, pX или ЭДС от V и отображает её на дисплее в координатах  $\Delta\text{pH}/\Delta\text{V}-\text{V}$ ,  $\Delta\text{pX}/\Delta\text{V}-\text{V}$  или  $\Delta\text{EDC}/\Delta\text{V}-\text{V}$ , соответственно. При этом волны приобретают форму пиков с максимумами или минимумами в точках эквивалентности.

Дозирование титранта производится порциями заданного объема с заданными паузами. Если известно примерное значение pH, pX или ЭДС в ТЭ, оператор может изменить значения объема порций и продолжительности пауз при прохождении ТЭ. Для этого задаются значения pH, pX или ЭДС в точке эквивалентности, зоны Z (в тех же единицах), а также значения объема порций (в мкл) и продолжительности пауз (в секундах) между внесениями порций для дозирования титранта вне зоны и в зоне. Таким образом, вначале титрант дозируется порциями V1 с паузами S1, при входе в диапазон ( $\text{TЭ}\pm\text{Z}$ ) – порциями V2 с паузами S2, при выходе из диапазона ( $\text{TЭ}\pm\text{Z}$ ) – снова порциями V1 с паузами S1. Как правило, значение V2 устанавливается много меньше V1, чтобы зафиксировать как можно больше точек в области скачка показаний pH, pX или ЭДС. Значения S1 и S2 устанавливают такими, чтобы после внесения очередной порции титранта показания электродной системы успевали стабилизироваться.

Режим регистрации кривой титрования является более информативным по сравнению с режимом титрования до конечной точки и позволяет выполнять определение ТЭ без градуировки электродной системы по кривой зависимости ЭДС от V.

#### 1.4.3.3 Режим «Дозирование»

В режиме «Дозирование» осуществляется автоматическое дозирование растворов. Объем порций задаётся оператором. Данный режим особенно удобен при последовательном внесении серии порций равных объемов в разные сосуды.

## **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

2.1.1 Не допускается использование в качестве титранта концентрированных кислот, растворов плавиковой кислоты и её солей, суспензий и других сред, способных закупорить трубку перистальтического насоса. При использовании токсичных жидкостей титратор размещают в вытяжном шкафу.

2.1.2 Титратор должен быть установлен на ровной поверхности и защищён от вибраций.

2.1.3 Не допускается попадание жидкостей на поверхности корпусов весов, мешалки и анализатора «Эксперт-001». В случае попадания жидкости немедленно удалите её фильтровальной бумагой.

### **2.2 Сборка титратора**

2.2.1 Установите корпус титратора на ровную поверхность. Внешний вид корпуса титратора представлен на рисунке 3.




Рисунок 3 – Корпус титратора

2.2.2 Установите на расположенную справа металлическую стойку держатель электродной системы, слегка сжав полки зажима. Установите в держателе зажимы, выбрав типоразмеры в соответствии с диаметрами применяемых электродов. Дополнительно установите зажим малого типоразмера (6 или 7,5 мм) и закрепите в нём стеклянную трубку. Внешний вид держателя электродной системы с установленными зажимами и стеклянной трубкой показан на рисунке 4.




Рисунок 4 – Держатель электродной системы

2.2.3 Извлеките из упаковок весы, анализатор «Эксперт-001» и магнитную мешалку. Расставьте устройства на основании в следующем порядке (слева направо): весы, анализатор «Эксперт-001», магнитная мешалка, как показано на рисунке 5. При расстановке проследите, чтобы устройства располагались напротив соответствующих отверстий в вертикальной стенке корпуса титратора. Перистальтический насос оказывается при этом точно над анализатором «Эксперт-001». Магнитная мешалка устанавливается непосредственно перед расположенной справа металлической стойкой.

Вращением ножек весов добейтесь устойчивого положения весов в горизонтальной плоскости. Воздушный пузырёк индикатора уровня, расположенного на лицевой панели весов, должен оказаться строго в центре обозначенного круга. Установите ветрозащитный экран без верхней крышки.



Рисунок 5 – Расстановка устройств

2.2.4 Соедините анализатор «Эксперт-001» и перистальтический насос при помощи кабеля, оканчивающегося двумя разъёмами с надписями «ЭКСПЕРТ/датчик» и «НАСОС». Схема соединения с указанием разъёмов кабеля и соответствующих им разъёмов соединяемых устройств отражена в таблице 3.

Таблица 3 – Схема соединения анализатора «Эксперт-001» с насосом

Обозначение разъёма кабеля	Устройство / обозначение разъёма
«ЭКСПЕРТ/датчик»	Анализатор «Эксперт-001» / разъём «ДАТЧИК»
«НАСОС»	Перистальтический насос/разъём «УПРАВЛЕНИЕ»

*Примечание - Комплекты Титрион-1/1, Титрион-1/1A, Титрион-1-2, Титрион-1-2A, Титрион1/1-2, Титрион1/1-2A и Титрион-Мульти содержат кабель, оканчивающийся тремя разъёмами с надписями «ЭКСПЕРТ/датчик», «НАСОС» и «БА». При подключении данного кабеля для потенциометрического титрования разъём «БА» не используется.*

Подключите разъём кабеля с надписью «ЭКСПЕРТ/датчик» к разъёму «ДАТЧИК» анализатора «Эксперт-001», пропустите кабель сквозь отверстие в вертикальной стенке корпуса, располагающееся за анализатором, и подключите разъём кабеля с надписью «НАСОС» к разъёму «УПРАВЛЕНИЕ» перистальтического насоса. Для большей надёжности зафиксируйте разъёмы винтами с помощью отвёртки. Схема коммутации устройств представлена на рисунке 6.

2.2.5 Соедините анализатор «Эксперт-001», весы и (при необходимости) компьютер при помощи кабеля, оканчивающегося тремя разъёмами с надписями «ЭКСПЕРТ/RS232», «ВЕСЫ» и «ПК». Схема соединения с указанием разъёмов кабеля и соответствующих им разъёмов соединяемых устройств отражена в таблице 4.

Таблица 4 – Схема соединения анализатора «Эксперт-001» с весами и компьютером

Обозначение разъёма кабеля	Устройство / обозначение разъёма
«ЭКСПЕРТ/RS232»	Анализатор «Эксперт-001» / разъём «RS232»
«ВЕСЫ»	Весы / разъём «RS232»
«ПК»	Компьютер / СОМ-порт (или порт USB*)

\* Подключение к компьютеру через порт USB осуществляется с помощью адаптера «COM-USB» (в стандартный комплект поставки не входит)

Подключите разъём кабеля с надписью «ЭКСПЕРТ/RS232» к разъёму «RS232» анализатора «Эксперт-001» и пропустите кабель сквозь отверстие в вертикальной стенке корпуса, располагающееся за анализатором. Подключите разъём кабеля с надписью «ВЕСЫ» к разъёму «RS232» весов, пропустив кабель сквозь отверстие, располагающееся за весами. Для большей надёжности зафиксируйте разъёмы винтами с помощью отвёртки.

При необходимости использования компьютера, подключите разъём кабеля с надписью «ПК» к СОМ-порту компьютера (возможно подключение через порт USB с помощью адаптера «COM-USB»). Если компьютер находится на удалении, воспользуйтесь кабелем-удлинителем.

Схема коммутации устройств представлена на рисунке 6.

2.2.6 Зафиксируйте электродную систему в зажимах держателя (п. 2.2.2) и подключите к анализатору «Эксперт-001». Комбинированные электроды подключаются к разъёму «ИЗМ» анализатора «Эксперт-001». При использовании электродной системы в виде пары электродов подключение производится следующим образом: электрод сравнения – к разъёму «ВСП», индикаторный электрод (рН-, Eh- или ионоселективный электрод) – к разъёму «ИЗМ». Кабели электродов пропускаются сквозь отверстие в вертикальной стенке корпуса за магнитной мешалкой, проводятся за стенкой до отверстия за анализатором «Эксперт-001» и пропускаются сквозь это отверстие для подключения к анализатору. Таким образом, кабели электродов не загромождают рабочее пространство титратора. Схема коммутации устройств представлена на рисунке 6 (показано на примере комбинированного электрода).




Рисунок 6 – Схема коммутации устройств

**2.2.7 Установите длинную трубку из комплекта трубок перистальтического насоса.** Насос в исходном состоянии с закрытой крышкой изображён на рисунке 7а. Откройте крышку насоса, потянув за фиксатор, как показано на рисунке 7б. Вставьте трубку в пазы насоса так, чтобы образовалась петля, протянутая по роликам, как показано на рисунке 7в. При этом ограничитель, закреплённый на трубке, должен примыкать к левому пазу снизу. Закройте крышку перистальтического насоса и зафиксируйте, приведя фиксатор в исходное положение до характерного щелчка. Насос с закреплённой трубкой изображён на рисунке 7г.

**ВНИМАНИЕ! После окончания работы на титраторе откройте крышку перистальтического насоса. Во избежание порчи трубы насоса не оставляйте титратор с закрытой крышкой и пережатой трубкой на долгое время.**

На вертикальной стенке корпуса титратора над весами смонтирован узел гермоводов, обеспечивающий герметичное соединение длинной трубы насоса (проходящей через насос и погружаемой в анализируемый раствор) с короткой трубкой (погружаемой в раствор титранта).

Подсоедините длинную трубку насоса к узлу гермоводов. Для этого ослабьте накидную гайку нижнего гермовода, повернув её на несколько оборотов против часовой стрелки. При этом сечение отверстия гермовода увеличится. Вставьте до упора в отверстие нижнего гермовода конец трубы, выходящий из левого паза насоса. Далее, не прилагая большого усилия, зафиксируйте трубку вращением накидной гайки по часовой стрелке. Трубка насоса должна быть надёжно закреплена в отверстии, но при этом не пережата. Собранный узел показан на рисунке 7д.

Второй конец трубы, выходящий из правого паза насоса, вставьте в стеклянную трубку, закреплённую в держателе электродной системы, как показано на рисунке 7е. Трубка насоса должна выступать из стеклянной трубы примерно на 1-2 см. На выступающем конце трубы закрепите тефлоновый наконечник (при наличии).

При необходимости сдвиньте ограничитель и отрегулируйте длины участков трубы, выходящих из левого и правого пазов насоса, чтобы исключить излишние провисания и натяжения.




Рисунок 7 – Установка длинной трубы перистальтического насоса

2.2.8 Вставьте вилки блоков питания весов, перистальтического насоса, анализатора «Эксперт-001» и магнитной мешалки в сетевой фильтр, закреплённый на обратной стороне вертикальной стенки корпуса титратора, как показано на рисунке 8. Принадлежность блоков питания тем или иным устройствам определяется нанесённой маркировкой «Блок питания весов», «Блок питания насоса», «Блок питания анализатора» и «Блок питания мешалки». Подключите блоки питания к разъёмам питания соответствующих устройств, пропуская соединительные провода сквозь отверстия в вертикальной стенке корпуса.



Рисунок 8 – Подключение блоков питания к сетевому фильтру. Слева направо:  
блоки питания весов, анализатора, насоса и мешалки

*Примечание – Анализатор «Эксперт-001» может питаться от встроенного аккумулятора. При использовании аккумуляторного питания подключение к сети не обязательно. Своевременно выполнайте зарядку аккумулятора анализатора в соответствие с руководством по эксплуатации.*

**ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения сетевого фильтра, не подключайте к нему устройства, не входящие в состав титратора.**

## 2.3 Подготовка к работе

### 2.3.1 Подключение к сети

Подключите вилку кабеля сетевого фильтра к розетке однофазной сети переменного напряжения (220 +22/-33) В и частотой (50 ± 1) Гц. Переведите клавишу выключателя сетевого фильтра в положение «ВКЛ».

### 2.3.2 Подготовка электродной системы

Подготовьте электроды к работе в соответствие с паспортами.

### 2.3.3 Приготовление растворов

Приготовьте растворы в соответствие с методикой выполнения измерений.

Внесите анализируемый раствор в стеклянный стакан (объём анализируемого раствора и вместимость стакана определяются методикой).

Внесите раствор титранта в пластиковый стакан и закройте крышкой, снабжённой гермоводом, как показано на рисунке 9.



Рисунок 9 – Стакан с титрантом

### 2.3.4 Включение весов и установка стакана с раствором титранта

**ВНИМАНИЕ!** При включении весов чаша должна быть пустой. Не включайте весы с находящимся на чаше стаканом с раствором. В противном случае в процессе титрования результат измерения массы примет отрицательные значения, и титрование будет прервано.



Включите весы нажатием кнопки включения на лицевой панели. На дисплее весов отобразится значение массы «0,000 g».

#### *Примечания*

1 Для обеспечения корректной передачи данных между весами VIBRA AJ-220CE и анализатором «Эксперт-001» в настройках весов установлены следующие параметры:

- Интерфейс 7. I.F.2 (п. 4.2 руководства по эксплуатации).
  - Контроль вывода данных 71 о.с.1 (п. 4.3 руководства по эксплуатации).
  - Скорость передачи данных 72. b.L.4 (п. 4.3 руководства по эксплуатации).
  - Четность 73. PA.0 (п. 4.3 руководства по эксплуатации).
- 2 Юстировка весов выполняется по п. 9.1 руководства по эксплуатации.

Вставьте короткую трубку из комплекта трубок перистальтического насоса в гермоввод в крышке стакана с раствором титранта. Для этого ослабьте накидную гайку гермоввода, повернув её на несколько оборотов против часовой стрелки. При этом сечение отверстия гермоввода увеличится. Вставьте трубку в гермоввод так, чтобы её конец доходил до дна стакана. Далее, не прилагая большого усилия, зафиксируйте трубку вращением накидной гайки по часовой стрелке. Трубка насоса должна быть надёжно зафиксирована гермовводом, но при этом не пережата. Стакан с титрантом и трубкой показан на рисунке 10.



Рисунок 10 – Стакан с титрантом и трубкой

Установите стакан с раствором титранта в центре чаши весов и подсоедините короткую трубку, выходящую из стакана с титрантом, к узлу гермоводов. Для этого ослабьте накидную гайку верхнего гермоввода, повернув её на несколько оборотов против часовой стрелки. При этом сечение отверстия гермоввода увеличится. Вставьте до упора в отверстие верхнего гермоввода конец трубки, выходящий из стакана с титрантом. Далее, не прилагая большого усилия, зафиксируйте трубку вращением накидной гайки по часовой стрелке. Трубка насоса должна быть надёжно закреплена в отверстии, но при этом не пережата. Установка стакана с раствором титранта и короткой трубки насоса показана на рисунке 11.




Рисунок 11 – Установка стакана с раствором титранта и короткой трубки насоса

Осторожно установите крышку ветрозащиты, пропуская трубку насоса через прорезь. Проследите, чтобы после установки трубка проходила сквозь центральное отверстие и не касалась крышки.

Если в дальнейшем необходимо добавить или заменить раствор титранта, осторожно снимают крышку ветрозащиты, отсоединяют короткую трубку от узла гермоводов и снимают стакан с весов вместе с короткой трубкой. При этом длинную трубку не демонтируют. Таким образом, стакан с титрантом и короткая трубка образуют единый съёмный узел.

### 2.3.5 Включение магнитной мешалки и установка стакана с анализируемым раствором

Установите стакан с анализируемым раствором на поверхность магнитной мешалки. Погрузите в раствор магнитный якорь. Включите мешалку поворотом ручки регулировки скорости по часовой стрелке и установите необходимую скорость перемешивания.

Перемещая держатель электродной системы по металлической стойке, а также электроды и стеклянную трубку в зажимах, добейтесь положения, при котором электроды и трубка насоса будут погружены в анализируемый раствор, но при этом не будут касаться внутренней стенки стакана и якоря магнитной мешалки. При использовании комбинированных электродов убедитесь, что ключ электрода сравнения также погружен в раствор. Установка стакана с анализируемым раствором, электродной системы и трубки перистальтического насоса показана на рисунке 12.




Рисунок 12 – Установка стакана с анализируемым раствором, электродной системы и трубы перистальтического насоса

*1 – магнитная мешалка, 2 – стакан с анализируемым раствором,*

*3 – держатель, 4 – электродная система (показана на примере комбинированного рН-электрода), 5 – якорь магнитной мешалки, 6 – стеклянная трубка, 7 – трубка перистальтического насоса, 8 – стойка.*

**ВНИМАНИЕ!** Электроды и трубка перистальтического насоса не должны касаться внутренней стенки стакана и вращающегося якоря магнитной мешалки.

#### 2.3.6 Включение анализатора «Эксперт-001» и установка режима работы «Титрион»

**ВНИМАНИЕ!** Для защиты анализатора «Эксперт-001» от протечек рекомендуется использовать прозрачную пластиковую накладку (при наличии).

Включите анализатор нажатием и удержанием в течение двух секунд кнопки **ВКЛ**. Прибор подаст короткий звуковой сигнал и на дисплее появится заставка:



На дисплее отобразятся логотип и наименование фирмы-изготовителя «Эконикс-Эксперт», наименование прибора «Эксперт-001-301», надпись «Титрион» и шифр версии программного обеспечения (например, «100BV6.81-13.03.2012»).

Примерно через 3...5 секунд на дисплее отобразится информация о степени заряда аккумулятора, например:




Далее на дисплее отобразится меню выбора режимов работы:



В левом верхнем углу дисплея отобразится символ состояния аккумулятора. В нижней строке отобразится название текущего режима «рН-метр-иономер».

Отрегулируйте яркость дисплея последовательными нажатиями кнопки , если это необходимо.



Нажмите кнопку  для перехода к дополнительным режимам:



Нажмите кнопку  и в появившемся списке дополнительных режимов

**Доп. Режим**  
**1. поверка - нет**  
**6. Метод добавок**  
**7. Титрион**

выберите пункт «7. Титрион» нажатием кнопки  **7**. На дисплее отобразится список режимов работы титратора:

**РЕЖИМ ТИТРОВАНИЯ**  
-----  
1 - До заданной точки  
2 - Регистрация кривой  
3 - Дозирование  
TK - Сенсор ПМ

Убедитесь, что установлен потенциометрический режим измерения, (надпись «ПМ» в строке «TK – Сенсор»). Если установлен иной режим, например, биамперометрический (надпись «БА»), нажмите кнопку  **TK** и кнопками  **MB 1** и  **M 3** выберите в окне «Параметры измерителя» режим «Потенциометр.»:

**Параметры измерителя**  
1,3 - Потенциометр.  
2 - Контроль титр. ДА  
  
ВВОД - запомнить  
ОТМ - выйти

Нажмите кнопку  **ВВОД** для возврата в окно «Режим титрования». Титратор готов к работе.

## 2.4 Работа в режиме «До заданной точки»

### 2.4.1 Установка режима титрования «До заданной точки»

Выберите в окне списка режимов работы титратора режим «1 – До заданной точки» нажатием кнопки  **MB 1**. На дисплее отобразится окно режима «До заданной точки», например:



или



Во второй строке крупным шрифтом отобразится текущее значение ЭДС электродной системы (в мВ) или рХ раствора (где Х – ион  $\text{H}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{F}^-$  и т.д.) в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона.

#### 2.4.2 Установка параметров титрования

**Ф1**  
**8**

Нажмите кнопку **Ф1**. На дисплее отобразится окно «Параметры титрования» с установленными при последнем титровании параметрами, например:

ТК - ДОЗА:	0.0 мл / 50
1,2 - мВ/рХ	
3 - к.т.т.:	7 мВ
4 - зона:	2 мВ
5 - выдержка:	10
6 - V1 (вне зоны)	20/4
7 - V2 (в зоне)	5/5
8 - плотность:	1.000

*Примечание – В данном разделе приведён только порядок установки параметров. Описание сущности отдельных параметров титрования приведено в п. 1.4.3.1.*

Установка того или иного параметра выполняется путем нажатия клавиатуры, соответствующей обозначению параметра («ТК», «1» – «8»). Установленные параметры хранятся в памяти анализатора, пока не будут изменены (в том числе, при отключении анализатора).

Для установки новых параметров выполните следующие действия.

##### 2.4.2.1 Установка единиц измерения


В зависимости от требований применяемой методики, установите единицы

**мВ**  
**1**

измерения значения конечной точки титрования: «мВ» нажатием кнопки

**рХ**  
**2**


или «рХ» нажатием кнопки **рХ**. Выбранные единицы отобразятся в п. 3 «к.т.т.» и п. 4 «зона»:



При выборе единиц «рХ» правее появится обозначение типа иона Х. По умолчанию, установлен водородный показатель «рН». Если методика предписывает выполнять титрование до заданной точки рХ, где Х – другой, отличный от  $H^+$  ион, то установите требуемый тип иона кнопками и .

Например, если по методике конечная точка задана в единицах pH и применяется pH-электрод, установите тип иона «рН», если конечная точка задана в единицах рCl и применяется хлорид-селективный электрода – тип иона «Cl» и т.д.

При выборе единиц «мВ» тип иона не устанавливают.



*Примечание – При установке единиц «рХ» в обязательном порядке проводят градуировку электродной системы по п. 2.4.3. При установке единиц «мВ» градуировку электродной системы не проводят.*

#### 2.4.2.2 Установка значения конечной точки титрования (к.т.т.)

Нажмите кнопку . В месте ввода значения к.т.т. появится мигающий прямоугольник:

ТК - ДОЗА:	0.0 мл / 50
1,2 - мВ/рХ	<- pH ->
3 - к.т.т.:	■ рХ
4 - зона:	2.00 рХ
5 - выдержка:	10
6 - V1 (вне зоны)	20/4
7 - V2 (в зоне)	5/5
8 - плотность:	1.000

Наберите на клавиатуре требуемое по методике значение к.т.т. в единицах, установленных в п. 2.4.2.1, например, «4.4» и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения:

*Примечание – При ошибочном наборе нажмите кнопку . Каждое нажатие удаляет последнюю набранную цифру. Данная операция применяется в случае необходимости исправлений при вводе численных значений (здесь и далее).*

ТК - ДОЗА:	0.0 мл / 50
1,2 - мВ/рХ	<- pH ->
3 - к.т.т.:	4.40 рХ
4 - зона:	2.00 рХ
5 - выдержка:	10
6 - V1 (вне зоны)	20/4
7 - V2 (в зоне)	5/5
8 - плотность:	1.000

Установка последующих параметров выполняется аналогично.

#### 2.4.2.3 Установка значения зоны

Нажмите кнопку **изм 4**. В месте ввода значения зоны появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре требуемое по методике значение зоны в единицах, установленных в п.2.4.2.1 и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.


#### 2.4.2.4 Установка значения выдержки

Нажмите кнопку **клб 5**. В месте ввода значения выдержки появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре требуемое значение выдержки в секундах (рекомендуемое значение 10 секунд) и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

#### 2.4.2.5 Установка параметров дозирования титранта вне зоны (значений объема порций титранта (V1) и продолжительности пауз между внесениями порций)

ИОН  
6

Нажмите кнопку **ИОН 6**. На дисплее отобразится окно ввода параметров дозирования титранта вне зоны.



ЧИСЛ  
7

Для установки значения объема порций титранта нажмите кнопку **ЧИСЛ 7**. В месте ввода значения объема появится мигающий прямоугольник. Наберите на

ВВОД

клавиатуре требуемое значение в мкл и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

Аналогично установите значение продолжительности пауз (интервалов)


Ф1  
8

между внесениями порций титранта в секундах с помощью кнопки **Ф1 8**. Как правило, дозирование вне зоны выполняется сравнительно большими порциями с непродолжительными паузами. Для возврата в окно установки параметров титрования до заданной точки нажмите кнопку **ОТМ**.

#### 2.4.2.6 Установка параметров дозирования титранта в зоне (значений объема порций титранта (V2) и продолжительности пауз между внесениями порций)

ЧИСЛ  
7

Нажмите кнопку **ЧИСЛ 7**. На дисплее отобразится окно ввода параметров дозирования титранта в зоне.



ЧИСЛ  
7

Для установки значения объема порций титранта нажмите кнопку **ЧИСЛ 7**. В месте ввода значения объема появится мигающий прямоугольник. Наберите на

ВВОД

клавиатуре требуемое значение в мкл и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

Аналогично установите значение продолжительности пауз (интервалов)

Ф1  
8

между внесениями порций титранта в секундах с помощью кнопки **Ф1 8**. Как правило, дозирование в зоне выполняется сравнительно малыми порциями с увеличенными паузами. Для возврата в окно установки параметров титрования до заданной точки нажмите кнопку **ОТМ**.

#### 2.4.2.7 Установка значения плотности раствора титранта

Ф1  
8

Нажмите кнопку **Ф1 8**. В месте ввода значения плотности раствора титранта появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре значение плотности в единицах  $\text{г}/\text{см}^3$  и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

Значение плотности раствора титранта определяют из литературных источников или экспериментально, путём взвешивания заданного объёма раствора. Плотность раствора вычисляется как масса в граммах, делённая на объём в  $\text{см}^3$ .

#### 2.4.2.8 Установка начальной дозы и скорости подачи титранта

Установку начальной дозы титранта выполняют, когда известно примерное значение объёма титранта, требуемого для входа в зону. В этом случае с целью экономии времени предусмотрена возможность ввода в начале титрования начальной дозы титранта значительного объёма. При этом вся доза будет вноситься без пауз. Например, если на титрование проб до входа в зону расходуется около  $5 \text{ см}^3$  титранта, то целесообразно установить начальную дозу титранта  $4 \text{ см}^3$  и т.д.

Если значение объёма титранта, требуемого для входа в зону, заранее не известно, устанавливают нулевое значение объёма начальной дозы.

Здесь же устанавливают значение скорости подачи титранта в условных единицах. С данной скоростью будут вноситься как начальная доза титранта, так и порции титранта перед входом в зону и в самой зоне.

Для установки значений объёма начальной дозы и скорости подачи титранта нажмите кнопку **ТК**. На дисплее отобразится окно «**Начальная доза титранта**»:




Для ввода значения объёма начальной дозы нажмите кнопку **МВ** **1**. В месте ввода значения объёма появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре требуемое значение и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

Для ввода значения скорости подачи титранта нажмите кнопку **рХ** **2**. В месте ввода значения скорости появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре требуемое значение и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения (рекомендуемое значение 50, соответствующее скорости примерно 2 мл/мин).

После окончания установки значений объёма начальной дозы и скорости подачи титранта нажмите кнопку **ОТМ** для выхода в окно параметров титрования. Установленные значения отобразятся в первой строке, например, при установке значений объёма 4 мл и скорости 50 на дисплее отобразится строка «**ТК - ДОЗА: 4.0 мл / 50**».

После окончания установки параметров нажмите кнопку **ОТМ** для возврата в окно режима «**До заданной точки**»:



#### 2.4.2.9 Сохранение наборов параметров титрования

Для работы по нескольким методикам с индивидуальными для каждой из них параметрами титрования, в титраторе предусмотрена возможность сохранения до 20 наборов параметров титрования. Номер набора отображается в правом нижнем углу окна «**До заданной точки**» в строке «Параметры» и обозначается как **<N01>**, **<N02>**,..., **<N20>**.

Для создания нового набора параметров титрования с помощью кнопок **→** и **←** выберите номер, под которым набор будет храниться в памяти анализатора, например **<N02>**:



Далее установите требуемые по методике параметры в соответствие с п.п. 2.4.2.1-2.4.2.8. Аналогично установите параметры для третьего <N03> и последующих создаваемых наборов параметров титрования.

### 2.4.3 Градуировка электродной системы

Градуировку проводят для всех типов электродных систем, используемых при титровании с установленными единицами измерения «рХ». Если установлены единицы «мВ», градуировка не требуется. Градуировку выполняют по п. 2.4.2 Руководства по эксплуатации анализатора жидкости «Эксперт-001» непосредственно перед началом титрования. При замене электродной системы или после длительного перерыва (более одних суток) проводят новую градуировку.

Порядок проведения градуировки показан на примере водородного показателя (рН).


Убедитесь, что отображаемое во второй строке значение имеет размерность «рН». В противном случае выполните соответствующую установку по п. 2.4.2.1.

Нажмите кнопку . На дисплее отобразится окно градуировки рН:




Вместо прочерков будут проставлены значения концентрации рХ и ЭДС для первой точки градуировки **n1** и в правом нижнем углу после дробной черты – количество точек градуировки, сохранённые в памяти анализатора после последней градуировки.

Введите число точек градуировки нажатием кнопки . В месте ввода появится мигающий прямоугольник:



Нажмите кнопку с цифрой, соответствующей количеству точек градуировки, например для градуировки по трём точкам нажмите кнопку . Выбранное число зафиксируется в правом нижнем углу дисплея:




**ВНИМАНИЕ!** Проследите, чтобы установленное число точек градуировки совпадало с количеством градуировочных растворов, и чтобы на всех заявленных точках были выполнены измерения ЭДС электродной системы в соответствующих растворах.


Введите значение pH первого градуировочного раствора нажатием кнопки

числ  
7

. В месте ввода появится мигающий прямоугольник:



Наберите на клавиатуре число, соответствующее значению pH первого градуировочного раствора, например «9.18» и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения:




*Примечание – Перед вводом значения pH градуировочного раствора измерьте его температуру и определите истинное значение pH для данной температуры. Зависимость значений pH буферного раствора от температуры приведена в инструкции по применению буферного раствора, а также в таблице А.1 ГОСТ 8.134.*

Промойте электроды дистиллированной водой, осушите фильтровальной бумагой и погрузите в первый градуировочный раствор с pH=9,18. Нажмите

изм  
4


. Начнётся измерение ЭДС, на дисплее появится надпись «Измерение» и показание таймера (время с начала измерения). Дождитесь стабилизации результата измерения ЭДС (изменение не более ±1,5 мВ/мин), например, на значении минус 120,4 мВ:



Нажмите кнопку **ВВОД**. Появится запрос:



Повторно нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения измеренного значения ЭДС:




Извлеките электроды из первого градуировочного раствора, промойте дистиллированной водой, осушите фильтровальной бумагой и погрузите во второй градуировочный раствор.

Перейдите ко второй точке градуировки **n2**. Для этого нажмите кнопку **M 3**. На дисплее отобразится окно градуировки для точки **n2** (в правом нижнем углу дисплея **n1** заменится на **n2**).

Градуировка по второму и остальным градуировочным растворам производится так же, как и для первого градуировочного раствора.

После завершения градуировки по всем точкам нажмите кнопку **ОТМ** для возврата в окно режима «**До заданной точки**»:



#### 2.4.4 Заполнение трубы перистальтического насоса раствором титранта («Прокачка»)

Нажмите кнопку  . На дисплее отобразится окно «Прокачка титранта»:



Замените стакан с анализируемым раствором на стакан для слива. Убедитесь, что противоположный конец трубы насоса погружен в раствор


titранта. Нажмите кнопку  . Включится насос и начнётся заполнение трубы раствором титранта. При этом анализатор подаёт звуковой сигнал и отображает на дисплее анимированную картинку кругового движения:



После заполнения трубы и удаления всех воздушных пузырьков нажмите кнопку  или  для остановки прокачки.

При прокачке титранта можно воспользоваться функцией «Автостоп», позволяющей автоматически останавливать прокачку по истечении заданного промежутка времени.

Текущее состояние настройки функции «Автостоп» отображается в нижней строке окна «Прокачка титранта». По умолчанию данная функция выключена («Автостоп: ВЫКЛ»). Для установки времени прокачки нажмите кнопку  и выберите в открывшемся окне «Автоматическая остановка (сек)» требуемое значение времени (от 5 до 60 секунд) при помощи кнопок  и  :



**ВВОД**

Нажмите кнопку **ВВОД**. Выбранный параметр отобразится в нижней строке, например, «Автостоп: 10», «Автостоп: 30» и т.д. При прокачке с установленным временем автоматической остановки в левой части дисплея будет отображаться время в секундах, оставшееся до остановки прокачки (таймер с обратным отсчётом):




числ  
7

Для отключения функции «Автостоп» нажмите кнопку **ВВОД**, выберите в окне «Автоматическая остановка (сек)» команду «**ВЫКЛ**» и нажмите кнопку **ВВОД**.

**ОТМ**

После окончания прокачки нажмите кнопку **ОТМ** для возврата в окно режима «**До заданной точки**»:



Замените стакан для слива на стакан с анализируемым раствором и отрегулируйте держатель электродной системы как показано на рисунке 11.

#### 2.4.5 Проведение титрования в режиме «До заданной точки»

Если в памяти анализатора сохранено несколько наборов параметров



titrovaniya до заданной точки, кнопками установите требуемый набор, по которому будет выполняться титрование (<N01>, <N02> и т.д. в правом нижнем углу дисплея) и убедитесь, что подключена соответствующая электродная система.

**изм  
4**

Нажмите кнопку **изм 4**, чтобы начать титрование. Включится перистальтический насос и начнётся дозирование титранта.

Если при установке параметров титрования было установлено ненулевое значение объёма начальной дозы титранта, на дисплее отобразится окно «Предварительное дозирование»:

**Пред. дозирование  
Vo = 1.0 мл**


**0.055 мл**

При этом будет осуществляться дозирование титранта с заданной для начальной дозы скоростью. Во второй строке будет отображаться заданное значение начальной дозы, а в третьей – текущее значение объёма перекаченного титранта. При достижении заданного объёма начальной дозы на дисплее отобразится окно с информацией о ходе титрования.

*Примечание – Если при установке параметров титрования было установлено нулевое значение объёма начальной дозы титранта, окно «Предварительное дозирование» не отображается.*


В левом нижнем углу дисплея отобразится измеряемое значение ЭДС электродной системы или pH раствора (где X – ион H<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, F<sup>-</sup> и т.д.) в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона, в правом нижнем углу – текущее значение объёма раствора титранта, израсходованного на титрование.

Для наглядности, ход титрования отображается в виде картинки сдвигающимся вдоль шкалы указателем. Начальное значение шкалы представляет собой значение ЭДС электродной системы или pH раствора (в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона) на момент начала титрования, конечное значение – заданную конечную точку титрования (в единицах мВ или pH, соответственно). Длина закрашенного участка шкалы пропорциональна установленному значению зоны.




**ион  
6**

Для просмотра хода титрования в графическом виде нажмите кнопку **ион 6**. На дисплее отобразится кривая титрования в упрощенном виде с указанием диапазона значений ЭДС электродной системы или pH раствора по оси Y, в котором находится отображаемый участок кривой титрования (в данном случае Min 6,0 pH и Max 8,1 pH), и координаты последней зарегистрированной точки кривой титрования (в данном случае 5,94 pH / 0,619 мл):




Для возврата к отображению хода титрования в виде шкалы с указателем повторно нажмите кнопку **ион 6**.

После достижения указателем правой границы шкалы и истечении установленного времени выдержки, прибор подаст короткий звуковой сигнал и отобразит на дисплее надпись «Титрование окончено». В нижней части дисплея зафиксируется результат титрования: значение ЭДС электродной системы или рХ раствора (в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона) на момент окончания титрования и значение эквивалентного объёма:



Зафиксируйте результат титрования и произведите требуемые по методике расчёты, необходимые для получения конечного результата анализа.

Нажмите кнопку **OTM** для возврата в окно режима «До заданной точки».



Последний полученный результат будет сохранен в оперативной памяти анализатора и может быть вызван на дисплей нажатием кнопки **Ф2 9**. При этом в окне режима «До заданной точки» будет отображаться подсказка «Ф2 – рез.». Для отображения последнего полученного результата титрования нажмите кнопку **Ф2 9**. На дисплее отобразится сообщение:



После просмотра результата титрования нажмите кнопку **ОТМ** для возврата в окно режима «**До заданной точки**».

При выходе из режима «**До заданной точки**» в окно списка режимов работы повторным нажатием кнопки **ОТМ** или выключении анализатора, сохраненный результат безвозвратно удалится из оперативной памяти анализатора и при повторном входе в режим «**До заданной точки**» подсказка «**Ф2 – рез.**» отображаться не будет.

Если требуется временно прервать или досрочно завершить титрование, не дожидаясь, когда указатель достигнет правой границы шкалы, нажмите кнопку **ОТМ**. Насос остановится и на дисплее отобразится запрос:



Для возобновления титрования нажмите кнопку **ОТМ**. Включится насос и титрование продолжится с того момента, на котором было прервано.

Для полной остановки титрования нажмите кнопку **ВВОД**. На дисплее отобразится окно с текущими на момент остановки значениями ЭДС электродной системы или рХ раствора (в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона) и израсходованного объема титранта:



Для возврата в окно режима «**До заданной точки**» нажмите кнопку **ОТМ**.

## Примечания

1 Если в процессе титрования интервал между измеряемым значением ЭДС электродной системы или  $pX$  раствора (в зависимости от единиц измерения и типа иона) и установленным значением к.т.т. будет не сокращаться, а, напротив, увеличиваться, прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N1. Ошибка направления титрования**».



Нажмите кнопку **OTM** для возврата в окно режима «До заданной точки». Проверьте растворы и установленные параметры титрования. Смените анализируемый раствор и проведите титрование.

Для отключения функции автоматического контроля направления титрования войдите в окно «Параметры измерителя» (п. 2.3.6) и выбрав



режим «Потенциометр.» нажмите кнопку **ВВОД**. При этом в строке «2 - Контроль титр.» надпись «ДА» сменится надписью «НЕТ». Нажмите кнопку



для сохранения изменения. Для повторного включения данной функции аналогичным образом установите надпись «ДА» в строке «2 - Контроль титр.».

2 Если весы отображают значение «0,000 g» (стакан с титрантом не поставлен на весы или весы включены с находящимся на чаше стаканом), при попытке начать титрование прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N3. Ошибка при включении весов. Включите весы с**



**пустой чашей**». Нажмите кнопку **OTM** для возврата в окно режима «До заданной точки». Выключите весы, включите заново, установите стакан с раствором титранта, соблюдая требования п. 2.3.4, и повторите попытку.

3 Если установлено ошибочное значение плотности раствора титранта (менее 0,1 г/см<sup>3</sup>), при попытке начать титрование прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N4. Плотность меньше 0,1**». Нажмите кнопку **OTM** для возврата в окно режима «До заданной точки». Установите правильное значение плотности и повторите попытку.

4 Если весы не включены или не подключены к анализатору, при попытке начать титрование прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N5. Подключите весы**». Нажмите кнопку **OTM** для возврата в окно режима «До заданной точки». Проверьте весы и повторите попытку.

Для титрования следующей пробы вылейте проанализированный раствор, тщательно промойте электродную систему, наконечник, стакан и якорь магнитной мешалки дистиллированной водой и осушите фильтровальной бумагой. Внесите в стакан следующий анализируемый раствор, установите стакан на магнитную мешалку, погрузите в раствор якорь магнитной мешалки, отрегулируйте держатель электродной системы как показано на рисунке 11 и проведите титрование.

При замене титранта предварительно заполните трубку перистальтического насоса новым раствором титранта, вытесняя им имеющийся раствор, в соответствие с п. 2.4.4.

Для проведения титрования с другими параметрами выберите с помощью кнопок и требуемый набор параметров (<N01>, <N02> и т.д. в правом нижнем углу дисплея) или создайте новый в соответствие с п. 2.4.2.

При завершении работы на титраторе выполните операции, описанные в п. 2.7.

## 2.5 Работа в режиме «Регистрация кривой»

### 2.5.1 Установка режима титрования «Регистрация кривой»

Установите окно режимов работы в соответствие с п. 2.3.6:



Выберите режим «2 – Регистрация кривой» нажатием кнопки . На дисплее отобразится окно режима «Регистрация кривой», например:



или

Во второй строке крупным шрифтом отобразится текущее значение ЭДС электродной системы (в мВ) или рХ раствора (где Х – ион H<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, F<sup>-</sup> и т.д.) в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона.

## 2.5.2 Установка параметров титрования

Ф1  
8

Нажмите кнопку **8**. На дисплее отобразится окно «Параметры титрования» с установленными при последнем титровании параметрами, например:

ТК - ДОЗА: 0.0 мл / 50
1,2 - мВ/pX
3 - точка экв: 7 мВ
4 - зона: 2 мВ
5 - окончание: 9 мВ
6 - V1 (вне зоны) 20/4
7 - V2 (в зоне) 5/5
8 - плотность: 1.000

*Примечание – В данном разделе приведён только порядок установки параметров. Описание сущности отдельных параметров титрования приведено в п. 1.4.3.2.*

Установка того или иного параметра выполняется путем нажатия кнопки клавиатуры, соответствующей цифровому обозначению параметра. Установленные параметры хранятся в памяти анализатора, пока не будут изменены (в том числе, при отключении анализатора).

Для установки новых параметров выполните следующие действия.


### 2.5.2.1 Установка единиц измерения

В зависимости от указанных в методике координат, в которых должна регистрироваться кривая титрования (V-ЭДС или V-pX), установите единицы

мВ  
1

pX  
n 2

измерения «мВ» нажатием кнопки **1** или «pX» нажатием кнопки **2**. Выбранные единицы отобразятся в п. 3 «точка экв.», п. 4 «зона» и п. 5 «окончание»:



При выборе единиц «pX» правее появится обозначение типа иона X. По умолчанию установлен водородный показатель «pH». Если методика предписывает выполнять титрование с регистрацией кривой в координатах V-pX, где X – другой, отличный от H<sup>+</sup> ион, то установите требуемый тип иона




кнопками **←** и **→**. Например, если по методике кривая титрования должна регистрироваться в координатах V-pH и применяется pH-электрод,

установите тип иона «**pH**», если в координатах V-pCl и применяется хлорид-селективный электрода – тип иона «**Cl**» и т.д.

При выборе единиц «**mV**» тип иона не устанавливают.

*Примечание – В большинстве случаев кривую титрования удобнее регистрировать в координатах V-ЭДС без градуировки электродной системы. Для определения значения эквивалентного объема по точке перегиба волнообразного участка кривой тип второй координаты (ЭДС или pX) не имеет значения. Установку единиц pX и градуировку электродной системы выполняют только в том случае, если требуется определить по графику значение pX в точке эквивалентности.*



### 2.5.2.2 Установка значения точки эквивалентности



Нажмите кнопку **M3**. В месте ввода значения точки эквивалентности появится мигающий прямоугольник:

TK - ДОЗА: 0.0 мл / 50	<- pH->
1,2 - мВ/pX	■ pX
3 - точка экв:	2.00 pX
4 - зона:	9.00 pX
5 - окончание:	20/4
6 - V1 (вне зоны)	5/5
7 - V2 (в зоне)	1.000
8 - плотность:	

Наберите на клавиатуре указанное в методике (или приблизительно известное) значение точки эквивалентности в единицах, установленных в п. 2.5.2.1, например, «8,3» и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения:

ТК - ДОЗА:	0.0 мл / 50
1,2 - мВ/рХ	<- pH->
3 - точка экв:	8.30 рХ
4 - зона:	2.00 рХ
5 - окончание:	9.00 рХ
6 - V1 (вне зоны)	20/4
7 - V2 (в зоне)	5/5
8 - плотность:	1.000

Если не известно точное значение точки эквивалентности, введите приблизительное значение.

Установка последующих параметров выполняется аналогично.

#### 2.5.2.3 Установка значения зоны

**изм  
4**

Нажмите кнопку **изм 4**. В месте ввода значения зоны появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре требуемое по методике значение зоны в единицах, установленных в п. 2.5.2.1 и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

#### 2.5.2.4 Установка значения окончания титрования

**клб  
5**

Нажмите кнопку **клб 5**. В месте ввода значения окончания титрования появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре требуемое значение окончания в единицах, установленных в п. 2.5.2.1 и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

*Примечание – Значение окончания устанавливают таким, чтобы построенная кривая титрования включала все интересующие точки эквивалентности протекающих в ходе титрования реакций.*

#### 2.5.2.5 Установка параметров дозирования титранта вне зоны (значений объема порций титранта (V1) и продолжительности пауз между внесениями порций)

**ион  
6**

Нажмите кнопку **ион 6**. На дисплее отобразится окно ввода параметров дозирования титранта вне зоны.

**Дозирование вне зоны**

7. Объем 20 мкл

8. Интервал 4 сек

числ  
7

Для установки значения объема порций титранта нажмите кнопку **7**. В месте ввода значения объема появится мигающий прямоугольник. Наберите на

**ввод**

клавиатуре требуемое значение в мкл и нажмите кнопку **ввод** для сохранения.

Аналогично установите значение продолжительности пауз (интервалов)

Ф1  
8

между внесениями порций титранта в секундах с помощью кнопки **8**. Как правило, дозирование вне зоны выполняется сравнительно большими порциями с непродолжительными паузами. Для возврата в окно установки параметров

**отм**

титрования с регистрацией кривой нажмите кнопку **отм**.

**2.5.2.6 Установка параметров дозирования титранта в зоне (значений объема порций титранта (V2) и продолжительности пауз между внесениями порций)**

числ  
7

Нажмите кнопку **7**. На дисплее отобразится окно ввода параметров дозирования титранта в зоне.

**Дозирование в зоне**

7. Объем 5 мкл

8. Интервал 5 сек

числ  
7

Для установки значения объема порций титранта нажмите кнопку **7**. В месте ввода значения объема появится мигающий прямоугольник. Наберите на

**ввод**

клавиатуре требуемое значение в мкл и нажмите кнопку **ввод** для сохранения.

Аналогично установите значение продолжительности пауз (интервалов)

Ф1  
8

между внесениями порций титранта в секундах с помощью кнопки **8**. Как правило, дозирование в зоне выполняется сравнительно малыми порциями с увеличенными паузами. Продолжительность пауз устанавливается достаточной для прихода в равновесие используемой электродной системы. Для возврата в

окно установки параметров титрования с регистрацией кривой нажмите кнопку **ОТМ**.

#### 2.5.2.7 Установка значения плотности раствора титранта

**Ф1  
8**

Нажмите кнопку **Ф1  
8**. В месте ввода значения плотности раствора титранта появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре значение плотности в единицах  $\text{г}/\text{см}^3$  и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

Значение плотности раствора титранта определяют из литературных источников или экспериментально, путём взвешивания заданного объёма раствора. Плотность раствора вычисляется как масса в граммах, делённая на объём в  $\text{см}^3$ .

#### 2.5.2.8 Установка начальной дозы и скорости подачи титранта

Установку начальной дозы титранта выполняют, когда известно примерное значение объёма титранта, требуемого для входа в зону. В этом случае с целью экономии времени предусмотрена возможность ввода в начале титрования начальной дозы титранта значительного объёма. При этом вся доза будет вноситься без пауз. Например, если на титрование проб до входа в зону расходуется около  $5 \text{ см}^3$  титранта, то целесообразно установить начальную дозу титранта  $4 \text{ см}^3$  и т.д.

Если значение объёма титранта, требуемого для входа в зону, заранее не известно, устанавливают нулевое значение объёма начальной дозы.

Здесь же устанавливают значение скорости подачи титранта в условных единицах. С данной скоростью будут вноситься как начальная доза титранта, так и порции титранта перед входом в зону, в зоне и после выхода из зоны.

Для установки значений объёма начальной дозы и скорости подачи титранта нажмите кнопку **ТК**. На дисплее отобразится окно «**Начальная доза титранта**»:



Для ввода значения объёма начальной дозы нажмите кнопку **МВ  
1**. В месте ввода значения объёма появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре требуемое значение и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

Для ввода значения скорости подачи титранта нажмите кнопку **РХ  
2**. В месте ввода значения скорости появится мигающий прямоугольник. Наберите

на клавиатуре требуемое значение и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения (рекомендуемое значение 50, соответствующее скорости примерно 2 мл/мин).

После окончания установки значений объема начальной дозы и скорости

подачи титранта нажмите кнопку **ОТМ** для выхода в окно параметров титрования. Установленные значения отобразятся в первой строке, например, при установке значений объема 4 мл и скорости 50 на дисплее отобразится строка «**ТК - ДОЗА: 4.0 мл / 50**».

После окончания установки параметров нажмите кнопку **ОТМ** для возврата в окно режима «Регистрация кривой»:



## ВНИМАНИЕ!

Если не известно даже приблизительное положение точек эквивалентности на кривой титрования, устанавливают следующие значения точки эквивалентности, зоны, объема порций и продолжительности пауз:

- 1 При выполнении п. 2.5.2.2 «Установка значения точки эквивалентности» вводят произвольное значение, находящееся в диапазоне между отображаемым в окне режима «Регистрация кривой» значением ЭДС электродной системы или рХ раствора (в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона) и установленным в п. 2.5.2.4 значением окончания титрования.
- 2 При выполнении п. 2.5.2.3 «Установка значения зоны» установите нулевое значение.
- 3 При выполнении п. 2.5.2.5 «Установка параметров дозирования титранта вне зоны» и п. 2.5.2.6 «Установка параметров дозирования титранта в зоне» установите равные между собой значения объема порций титранта V1 (вне зоны) и V2 (в зоне) и равные между собой значения продолжительности пауз S1 (вне зоны) и S2 (в зоне). При этом значение объема порций допускается устанавливать сравнительно большим, а значение продолжительности пауз, напротив, можно уменьшить.

После установки данных параметров выполните в соответствии с п. 2.5.5 так называемое «предварительное» титрование, целью которого является установление приблизительного положения волны на кривой титрования. Проанализировав полученную кривую, установите такие значения точки эквивалентности, зоны, объема порций и продолжительности пауз вне зоны и в зоне, чтобы на волнобразном участке кривой титрования дозирование титранта выполнялось малыми порциями с продолжительными паузами, и повторите титрование пробы.

#### 2.5.2.9 Сохранение наборов параметров титрования

Для работы по нескольким методикам с индивидуальными для каждой из них параметрами титрования, в титраторе предусмотрена возможность сохранения до 20 наборов параметров титрования. Номер набора отображается в правом нижнем углу окна «Регистрация кривой» в строке «Параметры» и обозначается как <N01>, <N02>, ..., <N20>.

Для создания нового набора параметров титрования с помощью кнопок и выберите номер, под которым набор будет храниться в памяти анализатора, например <N02>:



Далее установите требуемые по методике параметры в соответствие с п.п. 2.5.2.1-2.5.2.8. Аналогично установите параметры для третьего <N03> и последующих создаваемых наборов параметров титрования.

#### **2.5.3 Градуировка электродной системы**

Градуировку проводят для всех типов электродных систем, используемых при титровании с установленными единицами измерения «рХ». Если установлены единицы «мВ», градуировка не требуется.

Градуировку выполняют в соответствие с п. 2.4.3.

#### **2.5.4 Заполнение трубки перистальтического насоса раствором титранта («Прокачка»)**

Выполните прокачку в соответствие с п. 2.4.4.


## 2.5.5 Проведение титрования в режиме «Регистрация кривой»

Если в памяти анализатора сохранено несколько наборов параметров титрования, кнопками и установите требуемый набор, по которому будет выполняться титрование (<N01>, <N02> и т.д. в правом нижнем углу дисплея) и убедитесь, что подключена соответствующая электродная система.

изм  
4

Нажмите кнопку **4**, чтобы начать титрование. Включится перистальтический насос и начнётся дозирование титранта.

Если при установке параметров титрования было установлено ненулевое значение объёма начальной дозы титранта, на дисплее отобразится окно «Предварительное дозирование»:



При этом будет осуществляться дозирование титранта с заданной для начальной дозы скоростью. Во второй строке будет отображаться заданное значение начальной дозы, а в третьей – текущее значение объёма перекаченного титранта. При достижении заданного объёма начальной дозы на дисплее отобразится окно с информацией о ходе титрования.

*Примечание – Если при установке параметров титрования было установлено нулевое значение объёма начальной дозы титранта, окно «Предварительное дозирование» не отображается.*

В левом нижнем углу дисплея отобразится измеряемое значение ЭДС электродной системы или pH раствора (где X – ион H<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, F<sup>-</sup> и т.д.) в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона, в правом нижнем углу – текущее значение объёма раствора титранта, израсходованного на титрование.


Для наглядности, ход титрования отображается в виде картинки с движущимся вдоль шкалы указателем. Начальное значение шкалы представляет собой значение ЭДС электродной системы или pH раствора (в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона) на момент начала титрования, конечное значение – заданную точку окончания титрования (в единицах мВ или pH, соответственно).

На шкале также указано значение точки эквивалентности и её положение в виде вертикальной риски. Закрашенные участки шкалы слева и справа от риски пропорциональны установленному значению зоны.



**ион  
6**

Для просмотра хода титрования в графическом виде нажмите кнопку **ион 6**. На дисплее отобразится кривая титрования в упрощенном виде с указанием диапазона значений ЭДС электродной системы или рХ раствора по оси Y, в котором находится отображаемый участок кривой титрования (в данном случае Min 6,0 pH и Max 8,1 pH), и координаты последней зарегистрированной точки кривой титрования (в данном случае 5,94 pH / 0,619 мл):




Для возврата к отображению хода титрования в виде шкалы с указателем **ион 6** повторно нажмите кнопку **ион 6**.

После достижения указателем правой границы шкалы, прибор подаст короткий звуковой сигнал и отобразит на дисплее надпись «Титрование окончено». В нижней части дисплея зафиксируются значения ЭДС электродной системы или рХ раствора (в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона) на момент окончания титрования и объема израсходованного титранта:




Нажмите любую кнопку для вывода на дисплей построенной кривой титрования:




Определение точки эквивалентности выполняется прибором автоматически. Координаты точки эквивалентности приводятся в верхней строке. При этом отображается кривая титрования, пересекаемая вертикальной осью в точке перегиба волнообразного участка.

Чтобы увеличить детализацию волнообразного участка кривой нажимайте последовательно кнопку **ВВОД**. При каждом нажатии детализация будет кратно увеличиваться и символ «**x1**» будет заменяться на «**x2**», «**x4**» и т.д. Для уменьшения детализации используйте кнопку **pX N 2**.

Для изменения вида отображения результата титрования (сглаженная кривая или отдельные точки) используйте кнопку **ТК**:



Если кривая содержит несколько волн, то прибор определит точки эквивалентности для каждой волны. Количество найденных волн отобразится в нижней строке после дробной черты. Например, в случае кривой с двумя волнами отображаемое на дисплее окно будет выглядеть следующим образом:



Для просмотра координат точек эквивалентности, определённых по всем найденным волнам, воспользуйтесь кнопками **←** и **→**. При этом в нижней строке будут отображаться надписи «Результат 1/2» или «Результат 2/2».

В случае сомнений в правильности автоматического определения координат точек эквивалентности можно воспользоваться ручным режимом обработки кривой титрования в соответствие с **Приложением А**.

Обработку кривой титрования и определение точки эквивалентности можно провести с использованием компьютера в соответствие с **Приложением Б**.

Используя полученные данные, произведите требуемые по методике расчёты, необходимые для получения конечного результата анализа.

OTM

Нажмите кнопку **OTM** для возврата в окно режима «Регистрация кривой».

Последняя зарегистрированная кривая сохраняется в оперативной памяти анализатора и может быть вызвана для повторной обработки нажатием кнопки **Ф2 9**. При наличии в оперативной памяти прибора кривой титрования в окне режима «Регистрация кривой» будет отображаться подсказка «**Ф2 – график**»:




Ф2  
9

Для отображения на дисплее данной кривой нажмите кнопку **Ф2 9**.

При выходе из режима «Регистрация кривой» в окно списка режимов работы нажатием кнопки **OTM** или выключении прибора кривая титрования безвозвратно удалится из оперативной памяти анализатора и при повторном входе в режим «Регистрация кривой» подсказка «**Ф2 – график**» отображаться не будет.

Зарегистрированную и хранящуюся в оперативной памяти прибора кривую титрования можно сохранить в постоянной памяти. В этом случае кривую можно будет вызвать из памяти даже после отключения питания прибора.

Для сохранения кривой титрования в постоянной памяти нажмите кнопку **мг/л z -**. На дисплее отобразится следующий список:



Выберите пункт «Запись в память» нажатием кнопки  . Дождитесь окончания записи и возврата в окно режима «Регистрация кривой».

Для извлечения записанной в постоянную память кривой после отключения прибора войдите в этот же список и нажмите кнопку  . Кривая будет сохранена в оперативной памяти и может быть вызвана для просмотра и обработки нажатием кнопки  в окне режима «Регистрация кривой».

Также можно извлечь из постоянной памяти для просмотра и обработки примеры типовых кривых титрования нажатием кнопки  . При этом отобразится список:

Тест - выбор графика  
1. Перегиб вверх  
2. Перегиб вниз  
3. Два перегиба вверх  
4. Дискрет  
5. С разбросом  
6. Фототитр.

Нажмите на клавиатуре кнопку с цифрой, соответствующей требуемому пункту списка. Прибор вернётся в окно режима «Регистрация кривой». Далее нажмите кнопку  для вывода графика на дисплей.

В некоторых случаях целесообразно закончить титрование, не дожидаясь достижения установленного значения окончания. Например, если по резкому изменению показания ЭДС или рХ видно, что точка эквивалентности уже пройдена и нет смысла продолжать титрование до значения окончания, особенно, если оно задано ошибочно на большом удалении от точки эквивалентности.

Если требуется временно прервать или досрочно завершить титрование, не дожидаясь, когда указатель достигнет правой границы шкалы, нажмите кнопку  . Насос остановится и на дисплее отобразится запрос:

Прервать  
титрование?  
Да - ВВОД  
Нет - ОТМ

Для возобновления титрования нажмите кнопку  . Включится насос и титрование продолжится с того момента, на котором было прервано.

Для полной остановки титрования нажмите кнопку **ВВОД**. На дисплее отобразится окно с текущими на момент остановки значениями ЭДС электродной системы или pH раствора (в зависимости от установленных единиц измерения и типа иона) и израсходованного объёма титранта:



Нажмите любую кнопку для вывода на дисплей кривой титрования, построенной к моменту прерывания. Выполните обработку полученной кривой титрования как описано выше.

### Примечания

1 Если в процессе титрования интервал между измеряемым значением ЭДС электродной системы или pH раствора (в зависимости от единиц измерения и типа иона) и установленным значением точки эквивалентности или окончания будет не сокращаться, а, напротив, увеличиваться, прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N1. Ошибка направления титрования**». Нажмите кнопку **OTM** для возврата в окно режима «Регистрация кривой». Проверьте растворы и установленные параметры титрования. Смените анализируемый раствор и проведите титрование.

Для отключения функции автоматического контроля направления титрования войдите в окно «Параметры измерителя» (п. 2.3.6) и выбрав режим «Потенциометр.» нажмите кнопку **pH N 2**. При этом в строке «2 - Контроль титр.» надпись «ДА» сменится надписью «НЕТ». Нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения изменения. Для повторного включения данной функции аналогичным образом установите надпись «ДА» в строке «2 - Контроль титр.».

2 Если в момент начала титрования значение ЭДС электродной системы или pH раствора (в зависимости от единиц измерения и типа иона) окажется ближе к установленному значению окончания, чем к установленному значению точки эквивалентности или возникнет иная несогласованность установленных параметров титрования и результатов измерений, при попытке начать титрование прибор подаст звуковой сигнал и

отобразит сообщение «**Ошибка N2. Титрование невозможна. Проверьте параметры**». Нажмите кнопку  для возврата в окно режима «Регистрация кривой». Исправьте ошибки в установке параметров и повторите попытку.

3 Если весы отображают значение «0,000 g» (стакан с титрантом не поставлен на весы или весы включены с находящимся на чаше стаканом), при попытке начать титрование прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N3. Ошибка при включении весов. Включите весы с пустой чашей**». Нажмите кнопку  для возврата в окно режима «Регистрация кривой». Выключите весы, включите заново, установите стакан с раствором титранта, соблюдая требования п. 2.3.4, и повторите попытку.

4 Если установлено ошибочное значение плотности раствора титранта (менее 0,1 г/см<sup>3</sup>), при попытке начать титрование прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N4. Плотность меньше 0,1**». Нажмите кнопку  для возврата в окно режима «Регистрация кривой». Установите правильное значение плотности и повторите попытку.

5 Если весы не включены или не подключены к анализатору, при попытке начать титрование прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N5. Подключите весы**». Нажмите кнопку  для возврата в окно режима «Регистрация кривой». Проверьте весы и повторите попытку.

Для титрования следующей пробы вылейте проанализированный раствор, тщательно промойте электродную систему, трубку, стакан и якорь магнитной мешалки дистиллированной водой и осушите фильтровальной бумагой. Внесите в стакан следующий анализируемый раствор, установите стакан на магнитную мешалку, погрузите в раствор якорь магнитной мешалки, отрегулируйте держатель электродной системы как показано на рисунке 11 и проведите титрование.

При замене титранта предварительно заполните трубку перистальтического насоса новым раствором титранта, вытесняя им имеющийся раствор, в соответствие с п. 2.5.4.

Для проведения титрования с другими параметрами выберите с помощью кнопок  и  требуемый набор параметров (<N01>, <N02> и т.д. в правом нижнем углу дисплея) или создайте новый в соответствие с п. 2.5.2.

При завершении работы на титраторе выполните операции, описанные в п. 2.7.

## 2.6 Работа в режиме «Дозирование»

Установите на весы стакан с дозируемым раствором и погрузите в него трубку перистальтического насоса как показано на рисунке 10. Установите окно режимов работы в соответствие с п. 2.3.6:



Выберите режим «3 –Дозирование» нажатием кнопки . На дисплее отобразится окно режима «Дозирование» с последними установленными параметрами дозирования, например:



Во второй строке отображается значение массы расположенного на весах стакана с раствором.

Установите параметры дозирования: объём дозы, скорость дозирования и плотность раствора.

Для установки значения объёма дозы нажмите кнопку . В месте ввода значения появится мигающий прямоугольник:



Наберите на клавиатуре требуемое значение объёма дозы (в мл) например, «**2.000**» и нажмите кнопку для сохранения:



Для установки значения скорости нажмите кнопку **рХ N 2**. В месте ввода значения появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре значение скорости (рекомендуемое значение 50) и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

Для установки значения плотности раствора титранта нажмите кнопку **M ► 3**. В месте ввода значения появится мигающий прямоугольник. Наберите на клавиатуре требуемое значение плотности в  $\text{г}/\text{см}^3$  и нажмите кнопку **ВВОД** для сохранения.

После установки параметров нажмите кнопку **ТК** и заполните трубку перистальтического насоса дозируемым раствором в соответствие с п. 2.4.4

Установите на мешалку стакан, в который требуется внести порцию раствора, и опустите в него конец трубы (электродная система не требуется). При необходимости поместите в стакан якорь магнитной мешалки и включите перемешивание.

Нажмите кнопку **ВВОД**, чтобы включить перистальтический насос и начать дозирование. На дисплее будет отображаться текущее значение объема дозируемого раствора, поступившего в стакан:



Когда до завершения дозирования останется 10-20 % от заданного объема, насос автоматически остановится для автокалибровки на 5-10 секунд, после чего дозирование продолжится. При достижении установленного значения дозы дозирование автоматически завершится, насос отключится и на дисплее отобразится соответствующая надпись:

**Дозирование**  
**2.000 мл**  
**(ошибка 0.000)**

Во второй строке отобразится значение объема внесенного раствора, в третьей строке – ошибка (в мл), показывающая, на сколько отличается значение объема внесенной дозы от установленного значения.

Для возврата в окно режима «Дозирование» нажмите любую кнопку.

Если в процессе дозирования нажать кнопку **ОТМ**, дозирование прервётся и на дисплее отобразится окно режима «Дозирование». При этом объём дозируемого раствора, поступившего в находящийся на мешалке стакан, будет равен последнему на момент прерывания показанию на дисплее.

#### *Примечания*

1 Если весы отображают значение «0,000 g» (стакан с дозируемым раствором не поставлен на весы или весы включены с находящимся на чаше стаканом), при попытке начать дозирование прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N3. Ошибка при включении весов. Включите весы с пустой чашей**». Нажмите кнопку **ОТМ** для возврата в окно режима «Дозирование». Выключите весы, включите заново, установите стакан с раствором титранта, соблюдая требования п. 2.3.4, и повторите попытку.

2 Если установлено ошибочное значение плотности дозируемого раствора (менее 0,1 г/см<sup>3</sup>), при попытке начать дозирование прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N4. Плотность меньше 0,1**». Нажмите кнопку **ОТМ** для возврата в окно режима «Дозирование». Установите правильное значение плотности и повторите попытку.

3 Если весы не включены или не подключены к анализатору, при попытке начать дозирование прибор подаст звуковой сигнал и отобразит сообщение «**Ошибка N5. Подключите весы**». Нажмите кнопку **ОТМ** для возврата в окно режима «Дозирование». Проверьте весы и повторите попытку.

После окончания работы в режиме «Дозирование» нажмите кнопку **ОТМ** для возврата в окно списка режимов работы титратора.

При завершении работы на титраторе выполните операции, описанные в п. 2.7.

## **2.7 Завершение работы на титраторе**

После завершения работы на титраторе освободите от раствора титранта трубку перистальтического насоса. Для этого приподнимите держатель трубы насоса так, чтобы её конец оказался на воздухе, и проведите прокачку в соответствие с п. 2.4.4. Убедитесь, что раствор полностью вытеснен из трубы воздухом. Откройте крышку перистальтического насоса, как показано на рисунке 7б.

**ВНИМАНИЕ! После окончания работы на титраторе снимите стакан с весов и откройте крышку перистальтического насоса. Во избежание порчи трубы насоса не оставляйте титратор с закрытой крышкой и пережатой трубкой на долгое время.**

Вылейте проанализированный раствор и раствор титранта, тщательно промойте электродную систему, стаканы и якорь магнитной мешалки дистиллированной водой и осушите фильтровальной бумагой.

Выключите все устройства и переведите клавишу выключателя сетевого фильтра в положение «ВЫКЛ». Отключите вилку кабеля сетевого фильтра от розетки.

При хранении электродов между измерениями выполняйте требования, изложенные в их паспортах.

## **3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Комплект для автоматического потенциометрического титрования «ТИТРИОН-1А» заводской номер \_\_\_\_\_ признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК


## **4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийные сроки эксплуатации и хранения и прочие условия гарантии составных частей комплекта для автоматического титрования указаны в соответствующих руководствах по эксплуатации и паспортах.

## Приложение А (Обязательное)

### Обработка кривой титрования и определение точки эквивалентности

Чтобы перевести прибор из автоматического режима обработки кривой титрования в ручной режим, нажмите кнопку **Ф2 9**:



При этом в правом верхнем углу дисплея символ «A» заменится на «P», в верхней строке отобразятся координаты точки пересечения кривой титрования с вертикальной осью, а в нижней строке надпись «Результат...» заменится на «←,→ Ф1 – dx».

Дальнейшее определение точки эквивалентности осуществляется в четыре шага:

Шаг 1. Поиск волнообразного участка кривой титрования

Шаг 2. Увеличение детализации волнообразного участка кривой (при необходимости)

Шаг 3. Дифференцирование и фильтрование кривой титрования

Шаг 4. Определение координат точки эквивалентности (эквивалентного объёма и значения ЭДС или pH) по максимуму или минимуму пика на графике

---

#### Шаг 1. Поиск волнообразного участка кривой титрования

*Примечание – При выходе из автоматического режима в ручной для кривых титрования, содержащих одну волну, вертикальная ось уже будет пересекать кривую в точке перегиба. В этом случае выполнение первого шага не требуется и можно переходить к шагу 2. Для кривых, содержащих две и более волны, данный шаг выполняют, чтобы перевести вертикальную ось с одной волны на другую.*

При необходимости сместите вертикальную ось в сторону интересующего волнообразного участка кривой титрования. Смещение осуществляется следующими кнопками:



и

– с крупным шагом (10 пикселей);



и

– с мелким шагом (1 пиксель).

При этом координаты точки пересечения вертикальной оси с кривой титрования будут отображаться в верхней строке дисплея.

## Шаг 2. Увеличение детализации волнообразного участка кривой

Для размещения на дисплее полной кривой титрования, состоящей из точек, число которых превосходит количество пикселей дисплея по ширине, прибор автоматически сжимает кривую. Для обработки кривой и точного определения координат точки эквивалентности целесообразно вывести на дисплее только участок кривой титрования с изломом с высокой детализацией, включающий все измеренные точки.


Увеличение детализации волнообразного участка, найденного в шаге 1,



осуществляется последовательными нажатиями кнопки **ВВОД**. При каждом нажатии детализация будет кратно увеличиваться и символ «**x1**» будет заменяться на «**x2**», «**x4**» и т.д. Для уменьшения детализации используйте




Следует помнить, что при повышении детализации размер отображаемого на дисплее участка кривой уменьшается относительно всей кривой титрования. Чрезмерное увеличение детализации может привести к тому, что отображаемый участок перестанет напоминать волну, так как лишится чётко выраженных горизонтальных участков в начале и конце. Например, на представленном ниже рисунке оптимальным является увеличение детализации **«x16»**.




### Шаг 3. Дифференцирование и фильтрование кривой титрования

**Ф1  
8**

Нажмите кнопку **Ф1 8** для дифференцирования выбранного в шаге 2 (или в шаге 1, если шаг 2 не выполнялся) участка кривой титрования. На дисплее отобразится график первой производной кривой титрования:



Если отобразится кривая с чётко выраженным пиком, перейдите к шагу 4. Если четкого максимума или минимума не наблюдается (имеется выраженный шум), выполните фильтрование кривой последовательными нажатиями кнопки **Ф2 9**, пока не отобразится сглаженная кривая с чётко выраженным пиком:



Если требуется вернуться к обычному (недифференцированному) виду кривой титрования, нажмите кнопку **Ф1**  
**8**.


**Шаг 4. Определение координат точки эквивалентности (эквивалентного объёма и значения ЭДС или рХ) по максимуму или минимуму пика на графике**

Вершина пика на полученном в шаге 3 графике соответствует точке перегиба исходной кривой титрования и является искомой точкой эквивалентности.

Для определения координат точки эквивалентности сместите вертикальную ось так, чтобы она пересекала дифференциальную кривую в точке максимума пика (или минимума, если пик направлен вниз). Смещение

оси с крупным шагом (10 пикселей) осуществляется кнопками **МВ 1** и **М 3**, с мелким (1 пиксель) – **←** и **→**.

Координаты точки эквивалентности – значения эквивалентного объёма и ЭДС электродной системы – отобразятся в верхней строке дисплея:



Зафиксируйте результат и произведите требуемые по методике расчёты для получения конечного результата анализа.

Если на кривой титрования имеется несколько волнообразных участков и требуется определить несколько точек эквивалентности, выполните следующие действия.

Нажмите кнопку **Ф1**  
**8** для возврата к обычному (недифференцированному) виду кривой. Если в правом верхнем углу дисплея отображается символ увеличения детализации («**x2**», «**x4**» и т.д.), нажмайте **рХ 2** пока не отобразится символ «**x1**». Далее выполните шаги 1-4, совмещая вертикальную ось на первом шаге со следующим исследуемым волнообразным участком.

Завершите обработку кривой нажатием кнопки **ОТМ**.

## **Приложение Б**

(Справочное)

### **Подключение титратора к компьютеру**

Подключение титратора к компьютеру не является обязательным, так как собственное программное обеспечение титратора обладает всеми необходимыми функциями обработки результатов титрования, включая дифференцирование кривой титрования и поиск точки эквивалентности по максимуму или минимуму пика.

Подключение к компьютеру используется для повышения детализации при просмотре кривых титрования, а также для сохранения и распечатывания на принтере кривых титрования.

Установите на компьютер программное обеспечения для работы с титратором, для чего загрузите с официального сайта ООО «Эконикс-Эксперт» [www.ionomer.ru](http://www.ionomer.ru) «ПО для приборов Экспет-00Х и Титриона» (файл EXP2PR.exe) и запустите его для установки программы.

Описание работы содержится в справочном руководстве программы.

Чтобы получить консультации по работе  
титратора «Титрион»  
обращайтесь в  
**ООО «Эконикс-Эксперт»**

по телефону:  
**(499) 600-23-45**

или электронной почте:  
**ionomer@ionomer.ru, ionomer@kbpauk.ru**

**www.ionomer.ru**