



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.002.A № 29260

Срок действия до **31 июля 2022 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Влагомеры трансформаторного масла ВТМ-МК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
**Общество с ограниченной ответственностью "Ангарское-ОКБА"
("Ангарское-ОКБА"), г. Ангарск, Иркутская обл.**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **35935-07**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
5К2.844.136 ДП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **31 июля 2017 г. № 1647**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

2017 г.

Серия СИ

№ 030461