



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.011.A № 52024

Срок действия до 23 августа 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Анализаторы растворенного кислорода МАРК-302

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
**Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР" (ООО "ВЗОР"),
г. Нижний Новгород**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **24997-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
Приложение А к ВР29.00.000РЭ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **23 августа 2013 г. № 953**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Бульгин

"....." 2013 г.

Серия СИ

№ **011324**