



ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(КЫРГЫЗСТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

о признании утверждения типа средств измерений
№ 3749

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип

СВК

обозначение типа

Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые

наименование средств измерений

производимых АО «АПЗ»

наименование производителя

Нижегородская обл., г. Арзамас, Россия

территориальное место расположения производства

внесен в Государственный реестр средств измерений под № KG417/01.12.3749-23 и допущен к применению в Кыргызской Республике на основании признания результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

наименование национального органа

Российской Федерации

по метрологии страны экспортера

Сроки проведения поверки:

- водосчетчики промышленные:

- с диаметром условного прохода 15-20 мм – один раз в 5 лет;

- с диаметром условного прохода свыше 15-20 мм – один раз в год;

- водосчетчики бытовые (для горячей и холодной воды) с диаметром условного прохода 15-20 мм – один раз в 5 лет.

Данный сертификат распространяется на средства измерений, произведенные до конца срока действия (до 10.08.2029 г.) признаваемого свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений.

Директор

М.П.



Б.А. Нурматов

«26».....09.....2023 г.