



# Комплект приспособлений БНТИ-05-04-К

Паспорт ТКЛШ 2.998.508 ПС

## 1 Назначение изделия

1.1 Комплект приспособлений БНТИ-05-04-К предназначен для размещения в жидкостной бане БНТИ-05-04 и используется при определении низкотемпературных характеристик нефтепродуктов и продуктов химических органических в соответствии с ГОСТ 20287 (метод А), EN 23015, ASTM D97 и ГОСТ 18995.5.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

## 2 Состав изделия

2.1 Внешний вид комплекта показан на рисунке 1. Комплект поставки БНТИ-05-04-К соответствует перечню, указанному в таблице 1.




Рисунок 1 — Внешний вид изделия

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Крышка на 2 стакана	ТКЛШ 8.056.517-02	1
2 Пробка резиновая №19	ТКЛШ 8.656.000-14	1
3 Крышка	ТКЛШ 6.174.511	2

### 3 Сведения о приемке

Комплект приспособлений БНТИ-05-04-К соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.п.


ОКК \_\_\_\_\_


### 4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.

 (3822) 49–21–52.

 [termex@termexlab.ru](mailto:termex@termexlab.ru)

 <http://termexlab.ru/>