



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Томьяналит», Основной государственный регистрационный номер: 1027000917877

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 634021, Россия, Томская область, город Томск, проспект Фрунзе, дом 240а, строение 14, офис 31, Телефон: +7(3822)902-912, Адрес электронной почты: ta@tomanalyt.ru

в лице Директора Чернова Владимира Ильича

заявляет, что Оборудование лабораторное: плиты нагревательные лабораторные серии ПЛ: плита нагревательная лабораторная ПЛ-1818; плита нагревательная лабораторная ПЛ-01; плита нагревательная лабораторная ПЛ-4428; плита нагревательная лабораторная ПЛС-02; плита нагревательная лабораторная ПЛС-04; плита нагревательная лабораторная ПЛП-03. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 3443-029-59681863-2015 «Плиты нагревательные лабораторные серии ПЛ. Технические условия».

изготовитель, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Томьяналит», место нахождения (адрес юридического лица): 634021, Россия, Томская область, город Томск, проспект Фрунзе, дом 240а, строение 14, офис 31, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634021, Россия, Томская область, город Томск, проспект Фрунзе, дом 240а, строение 14

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8419899890, Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 2021-ТК-02-0480 от 10.02.2021 года, 2021-ТК-02-0481 от 10.02.2021 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011. Схема декларирования 1д.

Дополнительная информация

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования», ГОСТ ИЕС 61010-2-010-2013 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов», ГОСТ 30969-2002 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний». Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.02.2026 включительно


(подпись)



Чернов Владимир Ильич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.15151/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.02.2021