



Корзина ВИС-Т-08-3-К-ПЖ25/ПЖ10

Паспорт ТКЛШ 2.998.048-02 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Корзина с крышкой ВИС-Т-08-3-К-ПЖ25/ПЖ10 предназначена для одновременного размещения в жидкостном термостате ВИС-Т-08-3 (ВИС-Т-09-3):

- трех пикнометров ПЖ2-10 ГОСТ 22524;
- четырех пикнометров ПЖ2-25 ГОСТ 22524.

Корзина с регулируемым по высоте дном позволяет обеспечить погружение пикнометров в теплоноситель на необходимую глубину.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, мм, не более 250×165×205

2.2 Количество рабочих мест, мм:


- диаметром 38 мм 4
- диаметром 27 мм 3

2.3 Регулируемая глубина, мм..... от 45 до 135¹

2.4 Масса, кг, не более 1.2

3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины ВИС-Т-08-3-К-ПЖ25/ПЖ10 показан на рисунке 1.



3.2 Для устойчивого размещения пикнометров в комплект поставки корзины включены крышка 1 с отверстиями диаметром 16 мм и извлекаемое дно 2.

3.3 Корзина оснащена адаптером для контрольного термометра 3.

3.4 Для регулирования глубины погружения пикнометров поднять дно корзины на необходимую высоту и зафиксировать с обеих сторон винтами 4

Рисунок 1 — Внешний вид изделия

¹ Глубина от верхнего края корзины

3.5 Комплект поставки корзины ВИС-Т-08-3-К-ПЖ25/ПЖ10 соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Корзина	ТКЛШ 6.871.026-05	1
2 Крышка	ТКЛШ 6.172.080-03	1
3 Дно	ТКЛШ 8.613.124-04	1

4 Сведения о приемке

Корзина ВИС-Т-08-3-К-ПЖ25/ПЖ10 соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной для применения.

Дата выпуска _____


м.п.

ОКК _____

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1. (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45. termex@termexlab.ru <https://termexlab.ru/>