



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.002.A № 65298

Срок действия до 27 февраля 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Преобразователи точки росы "КОНГ-Прима-2М" КРАУ2.848.015,
КРАУ2.848.015-01, КРАУ2.848.015-02**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное
объединение "Вымпел" (ООО "НПО "Вымпел"), г. Дедовск, Московская обл.**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **66783-17**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

КРАУ2.848.015МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **27 февраля 2017 г. № 379**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев

"10" 03 2017 г.

Серия СИ

№ 028333