

**Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области»
ул. Тверская, 51-А, г. Саратов, 410065**

Наименование, юридический адрес организации держателя эталона

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации эталона**

№ 30/31-0698-2014

внутренняя регистрация держателя эталона

Дата выдачи « 20 » декабря 2014 г.

Действительно до « 20 » декабря 2015 г.

3.2. ZBY.0698.2014

*регистрационный номер эталона в реестре
Федерального информационного фонда*

Вторичный эталон единицы влажности газов в диапазоне (минус 30 - 30) °С т.р.
наименование величины, разряд по государственной поверочной схеме, номинальное значение (диапазон значений) величины

аттестован на соответствие обязательным требованиям (метрологическим и техническим требованиям, требованиям к содержанию и применения эталона), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2014 № 1677

Метрологические требования

Эталон соответствует уровню вторичного эталона государственной поверочной схемы «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения относительной влажности газов». ГОСТ 8.547-2009

наименование и обозначение документа на поверочную схему

«Государственный первичный эталон единицы влажности газов» ГЭТ 151-1-2010.

наименование и регистрационный номер государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона

Технические требования

Комплектность эталона соответствует характеристикам, определенным в Паспорте эталона, требованиям Правил содержания и применения эталона и иной технической документации и обеспечивают безопасность эксплуатации эталона.

Требования к содержанию и применению

Условия эксплуатации соответствуют требованиям «Правила хранения и применения «КОНГ-Эталон»» утвержденными 27.05.2004г. ФГУП ВС НИИФТРИ

даются ссылки на соответствующие разделы эксплуатационной документации или перечисляются установленные требования к условиям эксплуатации и их реальные значения, оцененные при аттестации эталона

Директор

ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»


Руководитель организации

Начальник отдела

**поверки СИ физико-химических,
оптико-физических величин
и СИ медицинского назначения**

*Должность специалиста, ответственного
за содержание и применение эталона*

Данное свидетельство может быть воспроизведено только полностью. Любые публикации или частичное воспроизведение содержания свидетельства возможны только с письменного разрешения организации, выдавшей данное свидетельство. Неотъемлемой частью данного Свидетельства являются приложения в виде Сертификата калибровки или свидетельства о поверке эталона.



Б.П. Кузнецов
Инициалы, фамилия

Е. А. Брянкина

Инициалы, фамилия