



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.639.A № 63033

Срок действия до 22 июля 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Датчики давления "ГиперФлоу"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Вымпел" (ООО "НПФ "Вымпел"), г. Саратов

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 64631-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
РТ-МП-3192-443-2016

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ

3 года - для датчиков давления "ГиперФлоу" исполнения А;  
5 лет - для датчиков давления "ГиперФлоу" исполнений Б, В

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2016 г. № 1060

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С.Голубев

"08" 08 ..... 2016 г.



Серия СИ

№ 026653