Копер маятниковый ИО 5138-0,05

Копер маятниковый ИО 5138-0,05 предназначен для определения ударной вязкости материалов при двухопорном ударном изгибе по методу Шарпи в соответствии с ГОСТ 4647-80, при консольном ударном изгибе по методу Изода в соответствии с ГОСТ 19109-84 и для испытания пленок на ударное растяжение.

Копер оснащен системой с аналоговой шкалой, градуированной в джоулях. Подъем маятника на пусковое устройство и запуск осуществляется вручную.

Копер комплектуется сменными опорами для установки образцов и шаблонами для центрирования.

Комплектность поставки копра по видам испытаний и по набору типоразмеров маятников определяется заказчиком. Цена договорная в зависимости от комплектности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Запасы потенциальной энергии сменных маятников:
для испытаний по Шарпи, Дж; 50,0; 25,0; 15,0; 7,5; 5,0; 2,5
для испытаний по Изоду, Дж; 25,0; 15,0; 7,5; 5,0; 2,5
для испытаний на ударное растяжение, Дж 15,0; 7,5; 5,0
Скорость движения маятника в момент удара:
при испытании по Шарпи, м/с; 3,8 (для маятников 50,0; 25,0; 15,0; 7,5 Дж) и 2,9 (для маятников 5,0; 2,5 Дж);
при испытании по Изоду, м/с; 3,5
при испытании на ударное растяжение, м/с 3,8
Расстояние в свету между опорами при испытании по Шарпи, мм 22; 30; 40; 60; 70; 100 Расстояние между захватами и осью ножа маятника для испытания по Изоду, мм (21,2 ± 0,2) Расстояние между захватами при испытании на ударное растяжение, мм От 10 до 55 Габаритные размеры копра, мм 260x440x770
Масса станины копра, кг 100

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
trp@nt-rt.ru || www.tochmashpribor.nt-rt.ru