

АО «НПП «Дельта»



26.51.53.110

Код продукции

**Газоанализатор ИГС-98
модификация «Комета-М» исполнение 008**

Наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

ФГИМ.413415.008ПС

Обозначение документа

Технические характеристики

| Параметр | Характеристика |
|-------------------------------------|--|
| Сигнализация | |
| Световая | Дисплей плюс светодиод |
| Звуковая | Есть |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания | Номинальное 3,7 В Рабочее 3,3 – 4,2 В |
| Потребляемая мощность, не более | 1 Ватт |
| Пороги срабатывания | |
| Порог 1 Канал 1 | Из программы |
| Порог 2 Канал 1 | Из программы |
| Порог 1 Канал 2 | Из программы |
| Порог 2 Канал 2 | Из программы |
| Порог 1 Канал 3 | Из программы |
| Порог 2 Канал 3 | Из программы |
| Порог 1 Канал 4 | Из программы |
| Порог 2 Канал 4 | Из программы |
| Порог 1 Канал 5 | Из программы |
| Порог 2 Канал 5 | Из программы |
| Порог 1 Канал 6 | Из программы |
| Порог 2 Канал 6 | Из программы |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 80 мм |
| Ширина | 171 мм |
| Длина | 85 мм |
| Масса | |
| Не более | 800 г |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | –30°C ... +50°C |
| Давление | от 84 до 120 кПа |
| Влажность | от 0 до 95 % без конденсации влаги |

Метрологические характеристики

| Определяемый компонент | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| | | | Приведённой | Относительной |
| Азота диоксид NO ₂ | от 0,1 до 32 мг/м ³ | от 0,1 до 2 мг/м ³ | 15 | |
| | | от 2 до 32 мг/м ³ | | 15 |
| Водород H ₂ | от 0,01 до 4 об. доля, % | от 0,01 до 0,4 об. доля, % | 15 | |
| | | от 0,4 до 4 об. доля, % | | 15 |
| Из программы | Из программы | Из программы | 15 | |
| | | Из программы | | 15 |
| Из программы | Из программы | Из программы | 15 | |
| | | Из программы | | 15 |
| Из программы | Из программы | Из программы | 15 | |
| | | Из программы | | 15 |
| Из программы | Из программы | Из программы | 15 | |
| | | Из программы | | 15 |

Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер | Примечание |
|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| ФГИМ.413415.008 | Газоанализатор | 1 | 123456789 | |
| ФГИМ.413415.008ПС | Паспорт | 1 | | |
| ФГИМ.413415.008РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | | |
| | Из программы | ? | | |
| | Из программы | ? | | |
| | Из программы | ? | | |
| | Из программы | ? | | |

Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а также условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, срок хранения изделия - 6 месяцев с момента изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты, или заменять вышедшие из строя части, либо всё изделие, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

Претензии не принимаются при наличии механических повреждений изделия, при наличии влаги или грязи внутри корпуса изделия, при несанкционированном вскрытии изделия и изменении его конструкции.

Срок службы изделия составляет 10 лет.

Изготовитель:

АО «НПП «Дельта»

Адрес: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18.

Свидетельство о приемке

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Комета-М» исп. 008

Наименование

№ 123456789

Заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

подпись

2018.09.04

Год, месяц, число

Реализация

Дата продажи

Подпись

Продавец