

АО «НПП «Дельта»



26.51.53.110

Код продукции

**Газоанализатор ИГС-98
модификация «Мак-СКВ» исполнение 009**

Наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

ФГИМ.413415.010ПС

Обозначение документа

Технические характеристики

| Параметр | Характеристика |
|--|--|
| Сигнализация | |
| Световая | Цифровое табло 3 цифры |
| Звуковая | Есть |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания | Номинальное 24 В Рабочее 4,5 - 45 В |
| Потребляемая мощность, не более | 0,3 Ватт |
| Пороги срабатывания | |
| Порог 1 | 20 мг/м ³ |
| Порог 2 | 100 мг/м ³ |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 100 мм |
| Ширина | 178 мм |
| Длина | 50 мм |
| Масса | |
| Не более | 300 г |
| Параметры реле исполнительного устройства | |
| –перемен. | 100В, 0,1А |
| –постоян. | 24В, 0,5А |
| Уровень защиты корпуса | IP54 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | –30°С ... +50°С |
| Давление | от 84 до 120 кПа |
| Влажность | от 0 до 95 % без конденсации влаги |

Метрологические характеристики

| Определяемый компонент | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % | |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------|
| | | | Приведённой | Относительной |
| Углерода оксид CO | от 0,1 до 320 мг/м ³ | от 0,1 до 20 мг/м ³ | 15 | |
| | | от 20 до 320 мг/м ³ | | 15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер | Примечание |
|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| ФГИМ.413415.010 | Газоанализатор | 1 | 123456789 | |
| ФГИМ.413415.010ПС | Паспорт | 1 | | |
| ФГИМ.413415.010РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | | |
| | Из программы | ? | | |
| | Из программы | ? | | |
| | Из программы | ? | | |
| | Из программы | ? | | |

Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а также условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, срок хранения изделия - 6 месяцев с момента изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты, или заменять вышедшие из строя части, либо всё изделие, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

Претензии не принимаются при наличии механических повреждений изделия, при наличии влаги или грязи внутри корпуса изделия, при несанкционированном вскрытии изделия и изменении его конструкции.

Срок службы изделия составляет 10 лет.

Изготовитель:

АО «НПП «Дельта»

Адрес: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 18.

Свидетельство о приемке

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Мак-СКВ» исп. 009

Наименование

№ 123456789

Заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

подпись

2018.09.04

Год, месяц, число

Реализация

Дата продажи

Подпись

Продавец