

Свидетельство о приёмке

ООО «АЙСИБИКОМ»



№ «ICB300-02» - датчик концентрации заводской признан годным для эксплуатации.

ICB300-02 Датчик концентрации пыли

ПАСПОРТ

г. Москва

Дата выпуска «__» _____ г.

Печать ОТК _____

Свидетельство об упаковке

Датчик упакован ООО "АйСиБиКом" согласно требованиям, технических условий на прибор и конструкторской документации.

Дата упаковки _____ Печать _____

Особые отметки:

1. Общие сведения

Датчик концентрации пыли «ICB300-02» предназначен для определения концентрации пыли в воздухе с минимальным размером частицы 1,0 мкм. Имеет модификации для использования внутри помещений и вне их.

Наименование изделия: Датчик концентрации пыли «ICB300-02»

Обозначение: «ICB300-02»

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Заводской номер № _____

Изготовитель: ООО «АйСиБиКом» Россия, 127238, г. Москва, Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (PM6), тел: 8(495)249-04-50.

2. Условия эксплуатации:

- рабочий диапазон температур: (-20 ÷ +50°)С.

3. Технические характеристики

Table with 2 columns: Наименование характеристики, Значение. Rows include: Объект выборки (PM1.0, PM2.5, PM10), Диапазон (0-1000 мкг/куб. м), Точность (±3%FS при 25°C), Питание (5В DC; 12-24В DC), Выход (4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В, RS485), Потребляемая мощность (<50 мА, 24 В(4-20 мА)), Время разогрева (3 мин.), Время отклика (<90 с), Температурный дрейф (≤0.2%FS/°C), Стабильность (<±2%FS), Воспроизводимость (<±1%FS), Рабочая температура (-20°C-+50°C при 15-80%RH), Хранение (-40°C-+60°C при 20%-90%RH), Материал корпуса (АБС-пластик).

4. Комплектность поставки датчика

Table with 2 columns: Наименование, Количество. Rows include: Датчик концентрации пыли «ICB300-02» (1 шт.), Паспорт с гарантийным талоном (1 шт.), Упаковка (1 шт.).

Гарантийный талон на ремонт (замену) прибора

Датчик концентрации пыли «ICB300-02»

Приобретен _____ (заполняется реализующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____ (дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Работы по устранению неисправностей _____

Подпись руководителя ремонтного предприятия _____

Адрес владельца _____

Гарантии изготовителя

ООО "АйСиБиКом" гарантирует датчика работу в течение ____ месяцев с момента изготовления при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации согласно руководству пользователя.

В течение гарантийного срока ремонт датчика осуществляется за счет организации производителя ООО "АйСиБиКом".

Срок службы датчика – не менее 20 лет.

При отказе датчика в течение гарантийного срока, датчик, должен быть возвращен в ООО "АйСиБиКом" для ремонта или замены.

Адрес предприятия-изготовителя: 119331, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (PM6)

5. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Объект выборки	PM1.0, PM2.5, PM10
Диапазон	0-1000 мкг/куб. м
Точность	±3%FS при 25°C
Питание	5В DC; 12-24В DC
Выход	4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В, RS485
Потребляемая мощность	<50 мА, 24 В(4-20 мА)
Время разогрева	3 мин.
Время отклика	<90 с
Температурный дрейф	≤0.2%FS/°C
Стабильность	<±2%FS
Воспроизводимость	<±1%FS
Рабочая температура	-20°C-+50°C при 15-80%RH
Хранение	-40°C-+60°C при 20%-90%RH
Материал корпуса	АБС-пластик

6. Комплектность поставки датчика

Наименование	Количество
Датчик концентрации пыли «ICB300-02»	1 шт.
Паспорт с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Гарантийный талон на ремонт (замену) прибора

Датчик концентрации пыли «ICB300-02»
Приобретен _____
(заполняется реализующей организацией)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

Работы по устранению неисправностей _____

Подпись руководителя ремонтного предприятия _____

Адрес владельца _____

Гарантии изготовителя

ООО "АйСиБиКом" гарантирует датчика работу в течение _____ месяцев с момента изготовления при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации согласно руководству пользователя.

В течение гарантийного срока ремонт датчика осуществляется за счет организации производителя ООО "АйСиБиКом".

Срок службы датчика – не менее 20 лет.

При отказе датчика в течение гарантийного срока, датчик, должен быть возвращен в ООО "АйСиБиКом" для ремонта или замены.

Адрес предприятия-изготовителя: 119331, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (РМ6)

Свидетельство о приёмке

«ICB300-02» - датчик концентрации заводской № _____ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ г.

Печать ОТК _____

Свидетельство об упаковке

Датчик упакован ООО "АйСиБиКом" согласно требованиям, технических условий на прибор и конструкторской документации.

Дата упаковки _____ Печать _____

Особые отметки:

ООО «АЙСИБИКОМ»



ICB300-02 Датчик концентрации пыли

ПАСПОРТ

г. Москва

7. Общие сведения

Датчик концентрации пыли «ICB300-02» предназначен для определения концентрации пыли в воздухе с минимальным размером частицы 1,0 мкм. Имеет модификации для использования внутри помещений и вне их.

Наименование изделия: Датчик концентрации пыли «ICB300-02»

Обозначение: «ICB300-02»

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Заводской номер № _____

Изготовитель: ООО «АйСиБиКом» Россия, 127238, г. Москва, Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (РМ6), тел: 8(495)249-04-50.

8. Условия эксплуатации:

– рабочий диапазон температур: (-20 ÷ +50°) С.