



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов"

440600, РФ, г. Пенза, ул. Каракозова, 44, Фактический адрес: 440600, РФ, г. Пенза, ул. Каракозова, 44, тел. +8412477286, факс +8412945825, E-mail: snabzhenie@kbikar.ru, ОГРН 1115834003185

в лице Трофимычев Иван Владимирович, Временный генеральный директор

заявляет, что Микроомметры ТС (ТС-1, ТС-2, ТС-3, ТС-200)

изготовитель: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов", 440600, РФ, г. Пенза, ул. Каракозова, 44

Стандарты, нормативные документы: РУКЮ.411212.032 ТУ. "Микроомметры ТС. Технические условия"

Код ТН ВЭД ТС: 9030209100

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний №43 ИЦ, №43а ИЦ от 29.09.2015 г., Испытательный центр Акционерного общества "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники", регистрационный номер РОСС RU.0001.22МЮ20, от 19.03.2013, по 19.03.2018

Дополнительная информация

Омметры до введения в эксплуатацию (в течение гарантийного срока хранения – 6 месяцев с момента изготовления прибора) должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя на складах при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 °С. Хранить измерители без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С. В атмосфере внутри транспортных средств и помещений для хранения содержание коррозионно-активных агентов должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к атмосфере типа I по ГОСТ 15150. Средний срок службы 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.11.2020 включительно.



(подпись)

М.П.

Трофимычев Иван Владимирович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.РА01.В.24255

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.11.2015