



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов"

440600 Российская Федерация г. Пенза, улица Каракозова, 44, Фактический адрес: 440600 Российская Федерация г. Пенза, улица Каракозова, 44, тел. +78412477286, факс +78412945825, E-mail: snabzhenie@kbikar.ru, ОГРН 1115834003185

в лице Трофимычева Ивана Владимировича, Временного генерального директора

заявляет, что Измерители параметров трансформаторов Коэффициент 1-3

изготовитель: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов", 440600 Российская Федерация г. Пенза, улица Каракозова, 44

Стандарты, нормативные документы: РУКЮ.411212.057 ТУ «Измерители параметров трансформаторов Коэффициент 1-3. Технические условия»

Код ТН ВЭД ТС: 9030 20 910 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 17 ИЦ от 15.05.2014 г. ОАО «ЛПО ЭВТ» (испытательный центр), аттестат аккредитации № РОСС RU.001.22МЮ20 от 19.03.2013 г., № 223.6 – 223.8 НТЦ ИМО ОАО «НИИЭМП» от 26.05.2014 г.

Дополнительная информация

Измерители до введения в эксплуатацию (в течение гарантийного срока хранения – 6 месяцев с момента изготовления прибора) должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя на складах при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 °С. Хранить измерители без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С. В атмосфере внутри транспортных средств и помещений для хранения содержание коррозионно-активных агентов должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к атмосфере типа I по ГОСТ 15150.

Средний срок службы 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.07.2020 включительно.



(подпись)

М.П.

Трофимычев Иван Владимирович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.РА01.В.17532

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.07.2015