



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор», зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Смоленска. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный № 1026701427774 от 26.11.2009, юридический адрес: Российская Федерация, 214031, г. Смоленск ул. Бабушкина д. 3, фактический адрес: Российская Федерация, 214031, г. Смоленск ул. Бабушкина д. 3, телефон (4812) 31-12-42, факс (4812)-31-75-17, E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru

**в лице** генерального директора Антонова Владислава Николаевича

**заявляет, что** Индикаторы-течеискатели горючих газов ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053

**изготовитель:** Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор», юридический адрес: Российская Федерация, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3; адрес производства: Российская Федерация, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3,

по техническим условиям Индикатор-течеискатель горючих газов ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053 ТУ

Код ТН ВЭД ТС 8531 80 950 9,

серийный выпуск

**соответствует требованиям** Технических регламентов Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

**Декларация о соответствии принята на основании:** протоколов испытаний № 45-05/33679-2013 от 05.12.2013, № 43-05/33682-2013 от 05.12.2013 (Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии», Научно-исследовательский испытательный центр, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025 срок действия с 29.12.2008 по 29.12.2013),

сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU. ИС08.К01356 от 25.08.2011

**Дополнительная информация** Гарантийный срок эксплуатации индикатора при работе со сжиженным и природным газом – 24 месяца, при работе с аммиаком – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, хранение индикаторов-течеискателей горючих газов ИТ-М Микро должно соответствовать условиям группы II по ГОСТ 15150-69, срок службы индикаторов не менее 10 лет.

**Декларация о соответствии действительна** с даты регистрации по 22.12.2018 г. включительно.

  
\_\_\_\_\_  
В.Н. Антонов



**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** № ТС ВУ/112 11.01. ТР004 003 03307

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 23.12.2013

