



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ", Место нахождения: 195220, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ОБРУЧЕВЫХ, ДОМ 1, ЛИТЕР Б ПОМ1Н, КОМНАТА 84, Адрес места осуществления деятельности: 195220, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Обручевых, дом 1 литер Б, , ОГРН: 1089847242209, Номер телефона: +7 8123350336, Адрес электронной почты: lumex@lumex.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛИМОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА

заявляет, что Монитор ртути РА915АМ,, торговая марка: Люмэкс, модель: РА-915АМ-1, РА915АМ-2

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ", Место нахождения: 195220, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ОБРУЧЕВЫХ, ДОМ 1, ЛИТЕР Б ПОМ1Н, КОМНАТА 84,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия, номер: ТУ 4215-510-45549798-2015 от 06.12.2015

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9027300000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 050801/2021 выдан 23.09.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория электрооборудования "Сертис" АНО "Научно-технический центр сертификации электрооборудования "ИСЭП"" RA.RU.21MO40; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005), Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-1. Частные требования к чувствительному испытательному и измерительному оборудованию, незащищенному в отношении электромагнитной совместимости. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 62311-2013, Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей; Условия и сроки хранения: Приведены в эксплуатационной документации изготовителя. Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Средний срок службы 5 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2026
включительно


(подпись)



М.П.

КЛИМОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.50698/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.10.2021