



ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# СЕРТИФИКАТ

о признании утверждения типа средств измерений

№ 3000

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип

ИПП-1 «Менделеевец»

*обозначение типа*

Измерители потенциала поляризованного

*наименование средств измерений*

производимых

ЗАО «Химсервис»

*наименование производителя*

Тульская обл., г. Новомосковск, Россия

*территориальное место расположения производства*

внесен в Государственный реестр средств измерений под № KG 417/01.12.3000-20  
и допущен к применению в Кыргызской Республике на основании признания  
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

*наименование национального органа*

Российской Федерации

*по метрологии страны экспортера*

Сроки проведения поверки – один раз в 2 года

*интервал в годах или месяцах*

Данный сертификат распространяется на средства измерений, произведенные до  
конца срока действия (до 27.12.2024 г.) признаваемого свидетельства  
(сертификата) об утверждении типа средств измерений.

Директор



М.П.

Б.А. Аданбаев

«16».....10.....2020 г.





КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ  
СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ БОЮНЧА БОРБОРУ

Өлчөө каражаттарынын тибин бекитүүнү таануу жөнүндө

# ТАСТЫКТАМА

№ 3000

Ушул тастыктама

ИПП-1 «Менделеевец»

тиби

*типтин белгиси*

Кайчылашкан абалдардын ченегичтери

*өлчөө каражаттарынын аталышы*

Тула обл., Новомосковск ш., Россия

*ишкананын жайгашкан аймактык орду*

«Химсервис» ЖАКысында

*чыгаруучунун (өлкөнүн) аталышы*

чыгарылган, Кыргыз Республикасынын өлчөө каражаттарынын мамлекеттик реестрине № KG417/01.12.3000-20 номери менен киргизилген жана

Россия Федерациясынын техникалык жөнгө салуу жана метрология боюнча

*метрология боюнча улуттук органын аталышы*

Федералдык агентчилигинде

*экспорттоочу өлкөлөр*

өткөрүлгөн сыноолордун натыйжаларын таануунун жана бул типти бекитүүнүн негизинде Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилгендигин ырастайт.

Текшерүү жүргүзүү мөөнөтү – 2 жылда бир жолу

*интервалын жылдар же айлар менен көрсөтүү*

Бул тастыктама өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү жөнүндө таанылган күбөлүктүн (тастыктаманын) жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин (27.12.2024-ж. чейин) өндүрүлгөн өлчөө каражаттарына жайылтылат.

Директор

Б.А. Аданбаев

М.О.

«16...».....2020-ж.

