

Фильтр пылевой ФП-1. Паспорт

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с улучшением технических и потребительских качеств, вследствие чего в паспорте возможны незначительные расхождения между текстом, графическим материалом, эксплуатационной документацией и изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надёжность и долговечность изделия.

Дата выпуска _____

Фильтр пылевой ФП-1. Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| 1. Введение..... | 1 |
| 2. Назначение | 2 |
| 3. Конструкция | 2 |
| 4. Подготовка к работе .. | 2 |
| 5. Комплектация | 3 |
| 6. Условия эксплуатации. Меры безопасности. Срок хранения..... | 3 |

Фильтр пылевой ФП-1. Паспорт

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт содержит описание Фильтра пылевого ФП-1 предназначенного для очистки анализируемого воздуха от мешающих примесей, пыли и масляных паров при использовании газоанализатора универсального ГАНК-4, а также сведения, необходимые при эксплуатации.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр пылевой ФП-1 предназначен для использования газоанализатора ГАНК-4 при проведении измерений вредных веществ в запыленной среде, кроме случаев, когда осуществляется измерения ПДК пыли.

При выполнении измерений различных компонентов (NO, NO₂, H₂S, Cl₂ и др., кроме пыли) в запылённой среде (запылённый цех) необходимо устанавливать на входной штуцер газоанализатора фильтр пылевой ФП-1 (ОБНУЛЕНИЕ и выполнение измерений проводить с фильтром ФП-1)

Процедуру обнуления/установки нуля/ с использованием ФП-1 производят в соответствии с Руководством по эксплуатации на газоанализатор.

3 КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно фильтр представляет собой разъемный корпус из двух частей, внутри которого расположен фильтрующий элемент.

В корпус ввернут штуцер ВЫХОД для подсоединения переходника - трубка ПВД, а также штуцер ВХОД для присоединения штатного зонда.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Переходник на ВЫХОДЕ фильтра соединить со штуцером ВХОД газоанализатора ГАНК-4.

Переходник на ВХОДЕ фильтра соединить с трубкой штатного зонда газоанализатора.

Фильтр готов к работе.




Рисунок 1 – Внешний вид фильтра сорбционного ФП-1

Фильтр пылевой ФП-1. Паспорт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|--|-------|
| Фильтр пылевой ФП-1 | 1 шт. |
| Трубка (переходник) ПВД диаметр 8x1,5 длинна 50 мм | 2 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. СРОК ХРАНЕНИЯ.

При соблюдении условий эксплуатации срок эксплуатации фильтра пылевого ФП-1 - 1 год.

Гарантийный срок ФП-1 – 6 месяцев со дня продажи изделия.

При механических повреждениях, нарушениях правил эксплуатации, а также при попадании внутрь фильтра различных жидкостей и других инородных предметов и веществ гарантия не распространяется.

После истечения срока годности и срока эксплуатации для дальнейшей переработки вернуть на завод –изготовитель.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ, НАГРЕВАТЬ, РОНЯТЬ, ПРОТЫКАТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСКЛЮЧИТЬ ПОПАДАНИЕ ЖИДКОСТИ И ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ ВО ВНУТРЬ ФИЛЬТРА.

Для заметок





ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»

ПАСПОРТ
ФИЛЬТР ПЫЛЕВОЙ
ФП-1

г. Москва