

ФОРМА ОПИСАНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



СЕРТИФИКАТО
 "Уралтест"
 В. Н. Сурояков

Весы медицинские
 ВМ-20М

Внесены в Государственный реестр
 средств измерений
 Регистрационный N 133-96
 Взамен N 133

Выпускается по ТУ 25.1.1921.02-90

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы медицинские ВМ-20М предназначены для взвешивания новорожден-
 ных и детей до 1,5 лет.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия - уравнивание силы тяжести (массы) взвешива-
 емого ребенка массой гирь коромысла. Корпус и лоток весов выполнен из
 пластмасс. Рычажная система защищена от прямых воздействий окружающей
 среды.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Ед. изм	Нормируемый параметр
Диапазон взвешивания	кг	0,1 - 20
Пределы допускаемой погрешности	г	± 10
Габаритные размеры, не более	мм	220x355x600
Масса, не более	кг	8
Средний срок службы	лет	10

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Наносится на весах и эксплуатационной документации.

Способ нанесения - типографский или другой печатный способ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Весы ВМ-20М

Паспорт

Методика поверки

ПОВЕРКА

Методика поверки ВМ-20М.000.00И согласовано с ВНИИОИИ 1990 г.

Образцовые гири 4-го разряда ГОСТ 7328.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ГОСТ Р50444 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы медицинские ВМ-20М соответствуют требованиям ГОСТ Р50444.

Изготовитель: ОАО "Нижнетагильский медико-инструментальный завод",
622001, г.Н.Тагил, ул.Ломоносова, 49.

Главный инженер ОАО "НТМИЗ" А О



В.Н. Зорин