



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);
свидетельство о государственной регистрации № 100865348 от 22 августа 2000 г.;
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
фактический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
телефон: +(375 17) 292-81-42; факс: (+375 17) 288-29-88; e-mail: info@atomtex.com
в лице директора Кожемякина Валерия Александровича

заявляет, что дозиметры-радиометры МКС-АТ1125 (МКС-АТ1125А)

изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);
юридический адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
адрес производства: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гикало, 5;
технические условия ТУ ВУ100865348.032-2013;
код ТН ВЭД ТС 9030100000;
серийный выпуск.

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний: протокол № 43-05/38143-2014 от 15.12.2014, протокол № 45-05/38431-2014 от 16.01.2015, выданных научно-исследовательским испытательным центром БелГИМ, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025, срок действия с 30.03.2014 по 30.03.2019.

Дополнительная информация: условия хранения дозиметров-радиометров в упаковке изготовителя – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре 35 °С без концентрации влаги;
условия хранения дозиметров-радиометров без упаковки – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С;
гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления дозиметра-радиометра;
срок службы дозиметров-радиометров – не менее 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.01.2020 включительно.


(подпись)
М.П.

В.А.Кожемякин

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС ВУ/112 11.01. ТР004 003 10343
Дата регистрации декларации о соответствии: 05.02.2015