



Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР-НК»
427018, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
М.Р-Н ЗАВЬЯЛОВСКИЙ, С.П. ЯГУЛЬСКОЕ,
Д. СТАРОЕ МИХАЙЛОВСКОЕ, УЛ. НОВГОРОДСКАЯ, 50
ИНН 1841102789, КПП 1841102789
ОГРН 1221800000146
Р/С № 40702810829850000633
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/С 30101810200000000824, БИК 042202824

ПАСПОРТ № CLN46/240723

Наименование продукции: Очиститель Инспектор CLN

Тара: Аэрозоль 400/520мл, Канистра 1л, Канистра 5л

Номер серии (партии): 46

Количество выпущенной продукции: 300 л

Дата производства продукции: 24.07.2023 г.

Испытания (анализы) проведены согласно ТУ 26.51.66–001–29959060–2018

№ п/п	Наименование показателей контроля качества	Требования к качеству	Результаты анализов
1	Вид	Однородная жидкость	Соответствует
2	Цвет	Бесцветный	Соответствует
3	Запах	Характерный	Соответствует
4	Эффективность (ISO 3452-2)	Точность по стандарту	Соответствует

Отвечает требованиям ТУ 26.51.66–001–29959060–2018

Соответствует ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р 56542-2019, ISO 3452-2, ОСТ1 90243-83

Температура использования: от -10 до +50 °С

Хранение: в сухом, вентилируемом помещении, в закрытой заводской таре.

Срок годности: 36 месяцев со дня изготовления



М.П.