



- Преобразователь акустической эмиссии GT200B устанавливать на объект испытаний поверхностью А с усилием поджатия 2-10 Н, используя для обеспечения акустического контакта любую среду (силиконовая жидкость, вода, вазелин и т.п.).
- Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается GT200B, должна быть выполнена с шероховатостью $\sqrt{Ra 2.5}$ 1.25, с допуском плоскостности не хуже 0,05 мм.
- Допускается устанавливать GT200B на объект испытаний при помощи клея, например, ЭЛ20 ОСТ В95 1654-75, ВК-9 ОСТ В95 1653-75.

Перв. измен.
Справ. №
Инд. № подл.
Взам инв. №
Инд. № дробл.
Падл. и дата
Падл. и дата
Инд. № подл.

АБКЖ.433649.002ГЧ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Кутцев				
Проб.	Новоселов				
Т.контр.					
Н.контр.	Краснощев				
Утв.	Новоселов				
Преобразователь акустической эмиссии резонансный GT200B			Лит.	Масса	Масштаб
					5:1
			Лист	Листов	1
			ООО "ГлобалТест"		