



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ

Серия Е

№ 001465



**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ**

**утверждения типа средств измерительной техники**

№ UA-MI/Зр-972-2007

Выдано 3 января 2007 г.

Настоящее свидетельство, выданное ООО "МНПП «Электроприбор»", Республика Беларусь, удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", подписанного 6 октября 1992 г. Госстандартом Украины, признан тип средств измерительной техники "Устройства измерительные ЦП8501", утвержденный Госстандартом Республики Беларусь на основании результатов государственных испытаний.

Устройства измерительные ЦП8501 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерительной техники под номером РБ 03 13 1873 03.

Устройства измерительные ЦП8501 при эксплуатации подлежат поверке или калибровке в зависимости от области применения.

Межповерочный интервал - не более одного года, рекомендуемый межкалибровочный интервал – 1 год.

*Заместитель Председателя*



*С.Т. Черепков*