



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14852 от 7 февраля 2022 г.

Срок действия до 4 марта 2024 г.

Наименование типа средств измерений:

**Установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала
МКС-100А «Чистотел»**

Производитель:

ООО «НТЦ Амплитуда», г. Москва, Российская Федерация

Документ на поверку:

**РТ-МП-6220-03-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала
МКС-100А «Чистотел». Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 07.02.2022 № 16

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Первый заместитель Председателя комитета




Д.П.Барташевич