



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.38.083.А № 54958

Срок действия до 04 марта 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала МКС-100А "Чистотел"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Амплитуда" (ООО "НТЦ Амплитуда"), Зеленоград, г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 57242-14

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

АЖНС.412152.002 РЭ, раздел 4

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 04 марта 2019 г. № 400

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



"04" 03 2019 г.

Серия СИ

№ 034994