



中华人民共和国

计量器具型式批准证书 PATTERN APPROVAL CERTIFICATE

根据中华人民共和国计量法第十三、十六条和中华人民共和国计量法实施细则的有关规定，

以及 压力表定型鉴定大纲 (检定规程、技术标准和鉴定大纲的名称) 的要求，

对 德国 WIKA Alexander Wiegand GmbH (制造厂的国别和名称)

申请型式批准的压力表 (111/113/131/212/213/214/222/223/322/232/234/263/233/262/
311/312/313/332/333/341/342/422/423/432/433/452/612/611/614/631/
632/634/516/532/533/711/731/712/713/722/723/732/733/716/700/736)

(计量器具的名称、类别和型号)

经定型审查合格，确认其技术指标为：

型号	452	612	611/614	516	532	631/632/634
测量范围	0 ~ 4MPa	0 ~ 60kPa	0 ~ 60kPa	0 ~ 160MPa	0 ~ 2.5MPa	0 ~ 10kPa
准确度	2.5级	0.1级、0.25级、1.6级	1.6级	1.6级	0.6级、1.0级、1.6级、2.5级	1.6级

型号	533	711/731	712	713/722/723/732/733	716	700	736
测量范围	0 ~ 2.5MPa	0 ~ 100MPa	0 ~ 2.5MPa	0 ~ 4MPa	0 ~ 40kPa	0 ~ 1MPa	0 ~ 16kPa
准确度	1.6级	1.6级	2.5级	1.6级	1.6级	3.0级	1.6级

现予批准，并可使用以下标志和批准的编号：

批准时的附件：



2000-F101-2

批准人签名：

王以铭

1. 定型鉴定结果通知书；
2. 定型鉴定大纲；
3. 型式注册表。
(各1份)

批准日期 二〇〇〇年一月十九日

批准部门盖章

