

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H02568

Срок действия с 09.07.2019

по 08.07.2022

РА.RU.11AM05

№ 1478893

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции ООО «Центр сертификации и экспертизы «Тверьэкс». Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон: +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru.

## ПРОДУКЦИЯ

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ИГМ-12М, выпускаемая по МРБП.413347.004 ТУ (с изм. №1, 2, 3).  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
26.51.53.110

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Уровень полноты безопасности – 2 (SIL2 по IEC 61508), ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61511-3-2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.

код ТН ВЭД России:  
9027 10 100 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор». ИНН 7802806380  
Адрес: Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, офис 104.  
Телефон: +7 (812) 601-06-90. E-mail: info@igm-pribor.ru.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМИ-Прибор». ИНН 7802806380  
Адрес: Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 5, офис 104.  
Телефон: +7 (812) 601-06-90. E-mail: info@igm-pribor.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 830/07-КР-Н, выданного Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "КРАФТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00017)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Ю. Батюков  
инициалы, фамилия

Этот сертификат не применяется при обязательной сертификации