



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ АМПЛИТУДА", Место нахождения: 124460, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА, ДОМ 15, ОГРН: 1027700262150, Номер телефона: +7 4957771359, Адрес электронной почты: info@amplituda.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНОВАЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

заявляет, что Установка спектрометрическая, Установка спектрометрическая, тип: типа: МКС-01А «МУЛЬТИРАД»

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ АМПЛИТУДА", Место нахождения: 124460, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ЗЕЛЕНОГРАД, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА, ДОМ 15,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4362-006-18615825-2006 «Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД»»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9030100000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 218-04-21/12-ЦТ выдан 20.04.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест» ООО «ПрофНадзор»"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний", раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.04.2026
включительно


(подпись)



М.П.

КОНОВАЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.43109/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

28.04.2021