

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «29» августа 2023 г. № 1753

Регистрационный № 89860-23

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термоанемометры МЕГЕОН

Назначение средства измерений

Термоанемометры МЕГЕОН (далее – термоанемометры) предназначены для измерений температуры и скорости воздушного потока окружающего воздуха.

Описание средства измерений

Принцип действия термоанемометров при измерении температуры окружающего воздуха основан на обратной зависимости электрического сопротивления чувствительного элемента (термистора (NTC)) от температуры измеряемой среды. При возрастании температуры окружающего воздуха уменьшается сопротивление терморезистора, при снижении температуры, сопротивление возрастает.

Принцип действия термоанемометров при измерении скорости воздушного потока основан на тахометрическом принципе преобразования скорости воздушного потока в частоту электрического сигнала с помощью крыльчатки, угловая скорость вращения которой зависит от скорости измеряемого воздушного потока. Скорость вращения крыльчатки преобразуется в электрический сигнал индуктивным преобразователем.

Термоанемометры являются портативными микропроцессорными приборами с автономным питанием и возможностью отображения измеряемых параметров на жидкокристаллическом дисплее.

Конструктивно термоанемометр состоит из электронного блока со встроенным тахометрическим («зонд-крыльчатка») первичным измерительным преобразователем и термопреобразователя сопротивления - термистора типа NTC.

Термоанемометры выпускаются в 2-х модификациях МЕГЕОН-11011, МЕГЕОН-11012, которые различаются между собой возможностью поддержки спецификации беспроводной связи Bluetooth.

Заводской номер в виде цифрового кода, состоящего из арабских цифр, наносится на термоанемометр типографским способом при помощи нанесения наклейки на заднюю поверхность прибора.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Пломбирование от несанкционированного доступа предусмотрено в виде наклейки на боковой поверхности корпуса.

Общий вид термоанемометров с указанием мест нанесения заводского номера и схемы пломбировки от несанкционированного доступа представлены на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид термоанемометра с указанием мест нанесения заводского номера и места пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) состоит из встроенной в микропроцессорный модуль электронного блока средства измерений части ПО. Для функционирования приборов необходимо наличие встроенной части ПО. Разделение ПО на метрологически значимую и незначимую части не реализовано. Метрологически значимой является вся встроенная часть ПО. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Firmware
Номер версии (идентификационный номер) ПО	-

Уровень защиты в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014 – «высокий»

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений температуры, °С	от -10 до +45
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С	±2
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с	от 0,8 до 30
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с	±(0,05V + 0,3)
где V – измеренное значение скорости воздушного потока, м/с	

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания, В	4,5
-Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность окружающего воздуха, %	от -10 до +50 от 10 до 90
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота	190 56 36
Масса, г, не более	135

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Термоанемометр МЕГЕОН ¹⁾		1 шт.
Батарея питания	1,5 тип ААА	3 шт.
Руководство по эксплуатации	26.51.53-002-23430128-2023РЭ	1 экз.
Паспорт	26.51.53-002-23430128-2023ПС	1 экз.
Примечание: ¹⁾ – модификация в соответствии с заказом		

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационной документации типографским способом.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе «Инструкция по эксплуатации» «Термоанемометры МЕГЕОН» руководства по эксплуатации 26.51.53-002-23430128-2023РЭ.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2022 г. № 3253 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2019 г. № 2815 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений скорости воздушного потока»;

ТУ 26.51.53-002-23430128-2023 Термоанемометры МЕГЕОН-11011, МЕГЕОН-11012. Технические условия.

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСПРОФИТ» (ООО «МАКСПРОФИТ»)

ИНН: 5018183467

Юридический адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Силикатная, д. 11, эт. 5, помещ. 650

Тел.: +7 (495) 268-01-91

Web-сайт: www.mprofit.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСПРОФИТ» (ООО «МАКСПРОФИТ»)

ИНН: 5018183467

Адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Силикатная, д. 11, эт. 5, помещ. 650

Тел.: +7 (495) 268-01-91

Web-сайт: www.mprofit.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

Адрес: 142300, Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, Симферопольское ш., д. 2

Тел.: +7 (495) 481-33-80

E-mail: info@prommashtest.ru

Web-сайт: <https://prommash-test.ru>

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.312126.

