



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100270876,

телефон: +375 17 207 65 61, **адрес электронной почты (e-mail):** marketing@belgastehnika.by,
в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича

заявляет, что Измеритель адгезии электронный ИА-2

изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,

место нахождения: ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Республика Беларусь

изготовленный по ТУ ВУ 100270876.201-2019 «Измеритель адгезии электронный ИА-2»
код ТН ВЭД ЕАЭС 9031 80 380 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний № 43-61/0071-2-2019 от 29.05.2019, № 45-61/0071-3-2019 от 05.06.2019, выданных Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт метрологии", аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 00475 от 13.06.2017, выдан органом по сертификации системы менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия – бд.


Дополнительная информация:


ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

Условия и срок хранения: Измеритель адгезии электронный ИА-2 должен храниться в отапливаемом и вентилируемом складском помещении в условиях 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии агрессивных и ароматических паров (газов). Срок хранения – 6 месяцев.

Срок службы: 8 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.10.2024 включительно.


(подпись)



Оболенский Евгений Вячеславович

Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003 36912

Дата регистрации декларации о соответствии

31.10.2019