



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);
место нахождения: 220005, г. Минск, Республика Беларусь ул. Гикало, 5;
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №100865348;
телефон: +(37517) 292-81-42; адрес электронной почты: info@atomtex.com
в лице директора Кожемякина Валерия Александровича

заявляет, что дозиметры ДКГ-АТ2140

изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие «АТОМТЕХ» Открытого акционерного общества «МНИПИ» (УП «АТОМТЕХ»);
место нахождения: 220005, Республика Беларусь г. Минск, ул. Гикало, 5;
ТУ ВУ100865348.033-2015 «Дозиметры ДКГ-АТ2140»;
код ТН ВЭД ЕАЭС 9030 10 000 0;
серийный выпуск.

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний: протокол № 43-05/38855-2015 от 24.02.2015, протокол № 43-03/1431-1-2016 от 30.11.2016, протокол № 43-03/1431-2-2016 от 30.11.2016, протокол № 45-03/1431-4-2016 от 19.12.2016, выданных научно-исследовательским испытательным центром БелГИМ, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025;

сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 02136, дата регистрации 22.07.2010, выданный Республиканским унитарным предприятием БелГИМ, аттестат аккредитации ВУ/112 003.01;
схема декларирования – бд.

Дополнительная информация

ГОСТ Р 51522.1-2011(МЭК 61326-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения.

Часть 1. Общие требования и методы испытаний;

условия хранения дозиметров ДКГ-АТ2140 в упаковке изготовителя – неотапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С;

условия хранения дозиметров ДКГ-АТ2140 без упаковки – отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С;

гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию;

гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления дозиметров;

срок службы дозиметров ДКГ-АТ2140 – 15 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.01.2022 включительно



(подпись)



Кожемякин Валерий Александрович

(Ф.И.О. заявителя)