



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.30.004.А № 74247

Срок действия до 21 июня 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи давления измерительные СЕНС ПД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "СЕНСОР" (ООО НПП "СЕНСОР"), г. Заречный, Пензенская обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 75375-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 202-005-2019

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ для преобразователей давления с пределами допускаемой погрешности  $\pm 0,15$  %;  $\pm 0,20$  %;  $\pm 0,25$  % - 3 года; для преобразователей давления с пределами допускаемой погрешности  $\pm 0,40$  %;  $\pm 0,50$  % - 5 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июня 2019 г. № 1451

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

А.В.Кулешов



"25" 06 ..... 2019 г.

Серия СИ

№ 037193